

Kraków, dn. 10.08.2023r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-22/23

Przetarg nieograniczony pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników**”

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_3 I ZMIANA TREŚCI SWZ\_4

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### **PYTANIA IV**

##### **Dotyczy pakiet nr 3**

##### **Pytanie 1 – dotyczy zał. nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, poz. nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż przez 720 op. dysków Zamawiający rozumie 720 szt. pozycji testowych? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie odpowiedniej ilości opakowań (opakowanie zawiera 24 szt. dysków)?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań w przeliczeniu do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę.**

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 3 w pozycjach nr 1-3 poprzez zmianę ilości i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

##### **Pytanie 2 – dotyczy zał. nr 2, Opis przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Tabeli „Opis przedmiotu zamówienia” poprzez dodanie kolumn o nazwach: „Cena jednostkowa netto” , „Nr katalogowy” oraz „Oferowana ilość opakowań”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 3 – dotyczy SWZ , Dział XV, pkt 3.1.2. Kryterium 2 – Termin dostawy**

Prosimy o potwierdzenie, iż termin dostawy sukcesywnej powinien być podany w dniach roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

##### **Pytanie 4 – dotyczy zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy, Ochrona danych osobowych**

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy z poniższymi zapisami:

"W celu realizacji przedmiotu Umowy zachodzi powierzenie danych osobowych. Strony zobowiązują się najpóźniej w dniu podpisania Umowy do zawarcia umowy powierzenia zgodnej z postanowieniami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W."

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Powierzenie danych osobowych reguluje umowa dzierżawy – załącznik nr 4a do SWZ.**

#### **PYTANIA V**

##### **1. Pakiet nr 7 Testy immunoenzymatyczne:**

a) Czy Zamawiający dopuści test o czułości 90.5% dla GDH i 87.8% dla toksyn?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

b) Czy przez sformułowanie "...do równoczesnego wykrywania.." Zamawiający rozumie jedno miejsce dozowania próbki?

**Odpowiedź: TAK.**

c) Czy Zamawiający wymaga aby czułość i swoistość testu była wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej/tkankowej na minimum 1000 próbek?

**Odpowiedź: TAK.**

d) Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SWZ należy przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt 9 (instrukcja wykonania testu w języku polskim i angielskim)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **PYTANIA VI**

Dotyczy: pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 6, 8 i 11 wyrazi zgodę na zaferowanie surowic o w opakowaniu 1ml?

**Odpowiedź: TAK.**

Dotyczy: pakiet nr 5

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 wymaga zaferowania podłoża chromogennego z możliwością różnicowania szczepów patogennych od niepatogennych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta?

**Odpowiedź: TAK.**

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta?

**Odpowiedź: TAK.**

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Gardnerella Selective Agar z 10% krwią ludzką?

**Odpowiedź: TAK.**

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol + Actidione?

**Odpowiedź: TAK.**

Dotyczy: pakiet nr 6

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części podłoża chromogenne (tj. pozycje nr 1-5) i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. części pozwoli na złożenie

ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża wybiórczego do wykrywania Van A i Van B wankomycynoopornych *Enterococcus* spp., różnicującym *E. faecium* i *E. faecalis* od innych *Enterococcus* wankomycynoopornych?

**Odpowiedź: TAK.**

## **PYTANIA VII**

Pakiet 6

1. Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe posiadały 30 wartości MIC na skali?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: TAK.**

Pakiet 11

1. (formularz cenowy poz. 4) Czy Zamawiający dopuści podłoże pediatryczne zwalidowane tylko posiewu krwi? Zamawiający ma możliwość posiewu płynu mózgowo rdzeniowego oraz innych jałowych płynów ustrojowych pochodzących również od dzieci na podłoża z pozycji 1,2,3

**Odpowiedź: TAK.**

2. Dot. pkt. 16 parametry wymagane: Czy Zamawiający odstąpi od zapewnienia klimatyzatora jeżeli w Laboratorium jest zainstalowana klimatyzacja pozwalająca na utrzymanie odpowiedniej temperatury dla aparatury?

**Odpowiedź: TAK. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 11 poprzez usunięcie pozycji nr 16 w warunkach granicznych i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

Pakiet 13

1. Dot. parametry wymagane pkt. 13 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia w przypadku konieczności (zwiększonej ilości oznaczeń) dodatkowego modułu aparatu

**Odpowiedź: TAK. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 13 poprzez usunięcie pozycji nr 13 w warunkach dotyczących w/w asortymentu i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.**

2. Dot. parametry wymagane pkt. 13 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia w przypadku konieczności toneru do drukarki?

**Odpowiedź: NIE.**

Pakiety 6,11,12,13

1. Dotyczy formularza cenowego, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza o kolumnę zawierającą liczbę oferowanych opakowań oraz wyrazi zgodę na wycenę oferty według pełnych opakowań?

Uzasadnienie: W ten sposób skalkulowana oferta przedstawi realne koszty, jakie Zamawiający poniesie na etapie realizacji Zamówienia, dodatkowo przemawia za tym fakt, że na fakturze podawana jest cena netto za opakowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie formularza o kolumnę zawierającą liczbę oferowanych opakowań.**

**Zamawiający wyraża zgodę na wycenę oferty według pełnych opakowań. W przypadku zmiany wielkości opakowań proszę przeliczyć do pełnych opakowań zaokrąglonych w górę.**

Pytania do Umowy (Zał. nr 4):

1. §1 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:

6.1. deklaracje zgodności/certyfikaty CE dotyczące odczynników,

6.2. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. ).

W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie deklaracji zgodności/ certyfikatów CE dotyczących odczynników w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: [www.....](http://www.....)”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich zawsze najbardziej aktualnej wersji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §1 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) i nadaje mu brzmienie:**

**„6. Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu:**

**6.1. deklaracje zgodności/certyfikaty CE dotyczące odczynników,**

**6.2. formularz zamówienia (zawierający dane niezbędne do złożenia zamówienia w szczególności nazwę asortymentu, nr katalogowy itp. ).**

**W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie deklaracji zgodności/ certyfikatów CE dotyczących odczynników dostępnych na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: [www.....](http://www.....)”- jeżeli dotyczy.**

2. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie towaru do wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2 ?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §6 ust. 1 i nadaje mu brzmienie:**

**„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”**

3. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 4 dni robocze od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację §6 ust. 2 i nadaje mu brzmienie:**

**„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3.”**

4. §6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 4 dni robocze licząc od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego udokumentowania Wykonawcy poniesionych przez Zamawiającego w tym celu kosztów”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytania do Umowy (Zał. nr 4 a):

1. §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub usterekach, a Wydzierżawiający zobowiązuje się do ich bezwzględnego usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki (w tym również kosztu wymiany danej części).”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4a do SWZ) otrzymuje brzmienie:**

**” 2. W przypadku wystąpienia w okresie dzierżawy wad lub usterek w przedmiocie dzierżawy, Dzierżawca zawiadamia niezwłocznie Wydzierżawiającego o powstałych wadach lub usterekach, a Wydzierżawiający zobowiązuje się do ich bezwzględnego usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki (w tym również kosztu wymiany danej części).”**

2. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Czas reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 48 godzin roboczych od momentu zgłoszenia”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia w terminie 3 dni roboczych Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SIWZ.”?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §6 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 4a do SWZ) otrzymuje brzmienie:**

**„W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia w terminie 3 dni roboczych Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wskazanych w SWZ.”**

## **PYTANIA VIII**

1. Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 18,36,44 krążków antybiotykowych innego producenta niż pozostałe przy zachowaniu pozostałych wymagań do tego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 18 oraz 44 krążków antybiotykowych innego producenta niż pozostałe przy zachowaniu pozostałych wymagań do tego asortymentu .**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poz. 36 w pakiecie nr 4 została wykreślona z załącznika nr 2 do SWZ pismem z dnia 04.08.2023 roku (ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_2 I ZMIANA TREŚCI SWZ\_3).**

2. Pakiet 5

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w poz 11,12, 13 żywności innego producenta niż pozostały zaoferowany asortyment z zachowaniem wymagań do tej części postępowania?

**Odpowiedź: TAK.**

3. Pakiet 6

Czy zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pasków z gradientem stężeń na nośniku plastikowym i zezwoli na zaoferowanie pasków na nośniku z opatentowanej trwałej bibuły, wszystkie paski posiadają pozytywną opinię KORDL, zgodne z rekomendacjami EUCAST

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania pasków na nośniku z opatentowanej trwałej bibuły.**

4. Pakiet 9

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie szybkiego testu diagnostycznego in vitro do wykrywania karbapenemaz OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP z hodowli bakteryjnej w opakowaniu 2x20 kaset?

Zaoferowany produkt O.K.N.V.I. zestaw RESIST-5 został zweryfikowany również przy użyciu wymazów z odbytu i dodatknych posiewów krwi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

## II.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

*Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Z poważaniem,

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia po zmianie\_3