



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROBY PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl
L.Dz. *DN/943/2021*

Wrocław 20.07.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.38.2021. JK

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzenia wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu profesjonalne, mobilne urządzenie o wadze 23 kg i wymiarach 50x30x45 cm, wykonane ze stali kwasoodpornej, wyposażone w mocny i cichy silnik niskoobrotowy?

Dzięki zastosowanej technologii, proces skutecznej fumigacji odbywa się dwukrotnie szybciej w porównaniu do zamgławiarek turbinowych, u których średni wydatek wynosi ok. 16 ml/min. Zaletą zastosowania silnika nieturbinowego jest także dłuższy czas eksploatacji i niższy poziom generowanego hałasu. Fumigator wyposażony jest w automatyczną archiwizację i odczyt (użytkownik, kubatura, data, czas trwania) rejestru dezynfekcji z poziomu urządzenia, bez konieczności przesyłania danych na nośnik zewnętrzny. Urządzenie spełnia pozostałe kryteria Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie.

Gotowość do pracy w sektorze medycznym potwierdzona atestem NIZP-PZH oraz normą PN-EN 17 272 (2020), (norma NFT 72-281, na którą powołuje się Zamawiający jest normą francuską z 2014 r. , w Polsce funkcjonuje norma z 2020 r., która potwierdza skuteczność systemu dezynfekcji PN-EN 17 272 (2020)) stąd istotnym się wydaje, że urządzenia pracujące na terenie RP powinny spełniać wymagania polskich przepisów - prosimy o dopuszczenie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na **dzień 26.07.2021 r.** Godzina i miejsce pozostają bez zmian.

Lidia Malicka
p.o. Dyrektora Centrum