

Bielsko-Biała dn.07.04.2023 r.

DZP.271.11.2023 - 38

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.11.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 135. ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz.2.

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości materiałów, w ten sposób, aby ilość wężyków pacjenta była wielokrotnością liczby 100. Jedno opakowanie handlowe wyrobów, które chcemy zaoferować, zawiera 100 wężyków. Jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania i dostarczenia Zamawiającemu wymaganej przez niego ilości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i modyfikuje na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zapis w zakresie Pakietu nr 47 poz. 2 kolumna 5. Ilość żądana to 200szt, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

2. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz.2.

W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że dopuści realizację dostaw częściowych w ilościach obejmujących pełne opakowania. Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści realizację dostaw częściowych w ilościach obejmujących pełne opakowania.

3. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycji 2 miał na myśli „Wężyk typu XD 2035, sterylny wężyk pacjenta, długość 150cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 7,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również powyżej opisane wężyki, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SWZ.

4. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz. 2 i 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę nazwy przedmiotu zamówienia w pozycji nr 2 i 3 na „Wężyk pacjenta Ulrich”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

5. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz. 1, 2, 3.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie takich wężyków.

6. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz. 1, 2, 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

7. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz. 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

8. Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 47 poz. 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

9. Dotyczy: SWZ Rozdział IV pkt.6 oraz załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 4 ust. 8.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu ważności asortymentu dostarczanego przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

10. Dotyczy: SWZ Rozdział XIX pkt.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

11. Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 3 ust.3, dotyczy pakietu 47

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wystawienia faktury z dniem wykonania zabiegu operacyjnego, podczas którego asortyment zostanie wykorzystany przez Zamawiającego i o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zapisy załącznika nr 3 – projektu umowy, poprzez wykreślenie w § 3 pkt 3.

12. Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 2 ust.7

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „Zmiana wymieniona w ust.5 lit. a,b)”

ODPOWIEDŹ:

Tak doszło do omyłki pisarskiej w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 pkt. 7 z „,... lit. c) na lit. a) i b).

13. Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 2 ust.11 ppkt.c)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zgodnie z art. 439 ustawy o zamówieniach publicznych waloryzacja wynagrodzenia powinna nastąpić po upływie 6 miesięcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

14. Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 4 ust.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji. Dodatkowo prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu o możliwości przesyłania zamówień na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą kontaktu jest e-mail.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

15. Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 4 ust.1



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania:

„Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

16. Dotyczy: załącznik nr 3 do SWZ projekt umowy § 4 ust.5

Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych, prosimy Zamawiającego o wskazanie procentowej wartości zamówienia jaką gwarantuje, że zostanie zamówiona przez Zamawiającego.

Prosimy Zamawiającego, aby potwierdził wykorzystanie nie mniej niż 90% wartości zamówienia określonego w § 2 ust. 1.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen