

Konin, 16.06.2020r.

WSZ-EP-20/581/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy w pakiecie 33 Zamawiający dopuści:

- w pozycji 1 - Cewnik poliuretanowy o średnicy 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. Długość cewnika 30 cm. W zestawie : cewnik, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

- w pozycji 2 - Cewnik poliuretanowy z silikonowymi ramionami o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr proste ramiona, końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczające promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. Długość cewnika 16 cm, 19,5cm, 24cm .W zestawie : cewnik, igła, prowadnik , rozszerzacz, zakrętka luer, opatrunek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.