



Do wiadomości uczestników postępowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem DZP.2612.1.16.2021 „Dostawa lampy szczelinowej ze stolikiem elektrycznym dla 107 Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ w Wałczu”.

1. Czy zamawiający dopuści lampę nowej generacji (typu Zeiss) z szerokim polem widzenia i ledowym źródłem światła . Wyposażona w konwergencyjny okular stereoskopowy typu Galileusza o pięciu powiększeniach : 6.4x, 10x, 16x, 25x, 40x, ; Wysokość szczeliny : 0.5-15mm. , Filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, Wbudowany filtr żółty. W komplecie podbródek z fiksatorem oraz zasilacz. Lampa z możliwością rozbudowy o przystawkę cyfrową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy zamawiający dopuści lampę bez filtra amberowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wyk.: P. Szagun-Kądziorska Tel. 261 47 28 15

Dnia 10.05.2021.

Ilość egzemplarzy: 1