



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/2964/23

Data: 14.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup sterylizatorów i myjni COVID na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2964/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp.1

Czy zamawiający dopuści sterylizator bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu co ułatwia załadunek i wyładunek oraz poprawia utrzymanie czystości komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp.2

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej min 316 wg AISI elektro polerowanej o chropowatości Ra < 1.25 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp.3

Czy zamawiający dopuści lekką i energooszczędną konstrukcję komory o grubości ścian równej 6mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 4 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 6

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w komorę o wymiarach 670x670x1000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp.7

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (w x s x g) 1935x1165x1325 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp.8

Czy zamawiający dopuści sterylizator o mocy przyłączeniowej 45kW - co zapewni optymalne czasy cykli pracy - ze względu na konieczność dostarczenia dużej ilości pary w krótkim czasie, niezbędnej dla dużej objętości komory sterylizatora 6 Stu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 7 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp.11

Czy zamawiający dopuści umieszczenie manometrów nad komorą sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 8 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 12

Czy zamawiający dopuści panel sterowania zlokalizowany po prawej stronie komory a manometry nad komorą sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 9 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 17

Czy zamawiający dopuści sterylizator o liczbie 9 stałych programach w tym test Bowie-Dick i test szczelności oraz 90 dowolnie programowalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania poniższych parametrów i ustawień:

Program 1 – 134°C, 10 min

Program 2 – 134°C, 5 min

Program 3 – 121°C, 20 min

Program 8 – Bowie-Dick

PYTANIE nr 10 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 20

Czy zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną parametrów sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 25

Czy zamawiający dopuści umieszczenie wodowskazu wewnątrz sterylizatora bez uwidocznienia go na panelu czołowym gdzie poziom wody w wytwornicy pary jest kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 12 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 31

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 4 pojedynczymi niezależnymi czujnikami podającymi parametry ciśnienia w: płaszczu, komorze, wytwornicy pary i ciśnienia sprężonego powietrza, a także czujnik temperatury w komorze sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 13 – dot.: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Lp. 41

Czy zamawiający dopuści wózek wsadowy wykonany z blachy perforowanej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 14 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 1

Czy zamawiający dopuści sterylizator bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu co ułatwia załadunek i wyładunek oraz poprawia utrzymanie czystości komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 15 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej min 316 wg AISI elektro polerowanej o chropowatości Ra < 1.25 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 16 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 3

Czy zamawiający dopuści lekką i energooszczędną konstrukcję komory o grubości ścian równej 6mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 17 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 6

Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w komorę o wymiarach 670x670x1300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 18 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 7

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (w x s x g) 1935x1165x1625 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 19 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 8

Czy zamawiający dopuści sterylizator o mocy przyłączeniowej 45kW - co zapewni optymalne czasy cykli pracy - ze względu na konieczność dostarczenia dużej ilości pary w krótkim czasie, niezbędnej dla dużej objętości komory sterylizatora 6 Stu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 20 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 11

Czy zamawiający dopuści umieszczenie manometrów nad komorą sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 21 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 12

Czy zamawiający dopuści panel sterowania zlokalizowany po prawej stronie komory a manometry nad komorą sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 22 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 17

Czy zamawiający dopuści sterylizator o liczbie 9 stałych programach w tym test Bowie-Dick i test szczelności oraz 90 dowolnie programowalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania poniższych parametrów i ustawień:

Program 1 – 134°C, 10 min

Program 2 – 134°C, 5 min

Program 3 – 121°C, 20 min

Program 8 – Bowie-Dick

PYTANIE nr 23 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 20

Czy zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę parametrów sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 24 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 25

Czy zamawiający dopuści umieszczenie wodowskazu wewnątrz sterylizatora bez uwidocznienia go na panelu czołowym gdzie poziom wody w wytwornicy pary jest kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 25 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 31

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 4 pojedynczymi niezależnymi czujnikami podającymi parametry ciśnienia w: płaszczu, komorze, wytwornicy pary i ciśnienia sprężonego powietrza, a także czujnik temperatury w komorze sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 26 – dot. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia Pakiet nr 2 Lp. 41

Czy zamawiający dopuści wózek wsadowy wykonany z blachy perforowanej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 27 – dot.: Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 pkt 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 7 dni roboczych do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem