



Wrocław, 12 stycznia 2024 r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.90.2023

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z minimum 6 miesięcznym terminem ważności – biochemia oraz 4 miesięcznym terminem ważności - immunochemia?

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

2. Formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ, kolumna „Termin ważności”: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co ma na myśli pisząc „nr strony w materiałach inf.”?

Odp: Jest to omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje **załącznik nr 2** do SWZ.

Było:

**Termin ważności (min.
12 miesięcy)/nr strony
w materiałach inf.**

Jest:

**Termin ważności (min.
9 miesięcy)**

3. W nawiązaniu do pytania 2, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenia terminu ważności oferowanych produktów. Terminy ważności, ze względu na zmieniający się czas produkcji partii towaru, umieszczone są tylko i wyłącznie na opakowaniach oferowanych produktów lub certyfikatach analizy danej partii towaru.

Odp: Nie, SWZ bez zmian (Zamawiający dopuszcza potwierdzenia terminu oświadczeniem (pytanie nr 28)).

4. Formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ, poz. 2.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pisząc skrót MMB ma na myśli parametr Creatine Kinase MB (CK-MB)?

Odp: Skrót MMB oznacza Creatine Kinase MB oznaczane jako masa nie aktywności.

5. Formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ, poz. 11.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pisząc skrót UA ma na myśli parametr kwas moczowy (Uric Acid) ?

Odp: Zamawiający potwierdza, że skrótem UA oznaczył parametr kwasu moczowego.

6. Dotyczy § 1 ust. 12 projektu umowy oraz parametry graniczne bezwzględnie wymagane pkt. 3 – załącznik nr 2 do SWZ:
Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga wykonania co 4 miesiące przeglądów okresowych, nawet jeśli producent sprzętu oficjalnie wymaga tylko jednego przeglądu analizatora w ciągu każdego roku pracy analizatora?

Odp: Pytanie nie odnosi się do wymienionych punktów. Tak, Zamawiający bezwzględnie wymaga wykonania przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniem producenta oraz dodatkowych konserwacji profilaktycznych czyli w sumie nie mniej niż co 4 miesiące. SWZ bez zmian.

7. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że opisane parametry w załączniku nr 2A do SWZ dotyczą zintegrowanego analizatora biochemiczno – immunochemicznego?

Odp: Opisane parametry w załączniku 2A do SWZ dotyczą pojedynczego analizatora stanowiącego zintegrowany system badań immunochemicznych i biochemicznych, spełniającego wymagania zawarte w tym załączniku oraz pozwalającego na wykonanie wszystkich badań z załącznika nr 2 do SWZ.

8. Dotyczy opisu wymaganych parametrów – załącznik nr 2A, pkt. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymiary analizatora immunochemicznego wynosiły: szerokość 199 cm, wysokość 134 cm, głębokość 117 cm.?

Odp: Tak zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż wymiary dotyczą opisanego pojedynczego analizatora wykonującego wszystkie badania z załącznika nr 2 do SWZ.

9. Dotyczy opisu wymaganych parametrów – załącznik nr 2A, pkt. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowany analizator był wyposażony dodatkowo w stację wody?

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

10. Dotyczy opisu wymaganych parametrów – załącznik nr 2A, pkt. 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora który zużywa wody średnio ≤ 37 litrów/godzinę?

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

11. Dotyczy opisu wymaganych parametrów – załącznik nr 2A, pkt. 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę objętość przestrzeni martwej próbki była nie większa niż 50ul?

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

12. Tabela ODCZYNNIKI (A)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nazwy kolumny „Wartość jedn. Netto PLN” na „Cena jedn. Opakowania netto PLN”?

Odp: Nie, SWZ bez zmian. Nie ma pojęcia „ceny netto”.

13. Tabela dotycząca dzierżawy aparatów oraz pkt 40 parametry wymagane:

Zamawiający w tabeli z dzierżawą wszystkich aparatów wymaga ujęcia kosztów LIS wraz z najmem analizatora, natomiast w parametrach granicznych podłączenie LIS ma być na koszt wykonawcy (poz.40.) Prosimy o sprecyzowanie czy to ma być koszt wykonawcy czy Zamawiającego?

Odp: Na koszt wykonawcy

14. Czy określone przez Zamawiającego w załączniku cenowym ilości poszczególnych oznaczeń zostały tak skalkulowane, że zawierają również testy potrzebne do wykonania kalibracji oraz kontroli?

Odp: Ilość poszczególnych oznaczeń uwzględniają dodatkowo oznaczenia kontrolne, natomiast ilości przeznaczone na kalibracje należy doliczyć zgodnie ze specyfikacją testu i zaleceń producenta.

15. Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy:

Prosimy o wyrażenie zgody aby termin dostawy analizatora wynosił do 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3.

Było:

**§ 3
Dostawa**

(...)

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisanego w § 10 umowy. (...)

(...)

Jest:

**§ 3
Dostawa**

(...)

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisanego w § 10 umowy. (...)

16. Dotyczy § 1 ust. 12 projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie następującego wymogu:

~~„Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 437) lub e-mailem na adres analitka@4wsk.pl z 14-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.”~~

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć i poinformować Zamawiającego wcześniej o brakach w asortymencie z 14 dniowym wyprzedzeniem, gdyż nie ma wiedzy jakie produkty będzie Zamawiający chciał zamówić.

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

17. Dotyczy § 2 ust. 1 projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby prawo opcji obejmowało zmniejszenie wartości przedmiotu umowy o max. 20%, a minimalny próg wykonania umowy wynosił min. 80% wartości umowy brutto.

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

18. Dotyczy § 9 projektu umowy w związku z art. 433 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu niniejszego paragrafu na:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości% (*min. 0,5%, max. 3% - zgodnie z ofertą wykonawcy*) ceny brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu

terminu określonego w §1 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

2) w wysokości% (*min. 0,5%, max. 3% - zgodnie z ofertą wykonawcy*) **cenę brutto dostawy reklamacyjnej za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego** w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

3) w wysokości 5% **cenę brutto niezrealizowanej wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,**

4) za niewykonanie obowiązku o którym mowa w § 1 ust.11, §3 ust. 5 w wysokości 0,15% ceny gwarantowanej brutto umowy za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

5) w wysokości 0,5% **cenę brutto gwarantowanej części umowy, w przypadku zwłoki w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu** za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od daty upływu terminu określonego w § 3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu.

6) w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej części umowy, w przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje,

Uzasadnienie: Kara w takiej wysokości nosi znamiona kary rażąco wygórowanej w rozumieniu art. 484 par. 2 KC.

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

19. Dotyczy kryterium wyboru oferty w SWZ

Prosimy o zmianę w punkcie 6 słowa opóźnienie na zwłoki (zgodnie z art. 433 ust. 1)

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

20. Dotyczy Par. 1 ust. 3 projektu umowy

Jeśli Wykonawca ma dostarczyć towar zamówiony pisemnie to prosimy o modyfikację zapisu w dalszej części punktu tj. od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną. zapisy się wykluczają.

Odp: Nie, pełny zapis brzmi „od daty zamówienia drogą telefoniczną, potwierdzonego faxem lub emailem” więc zamówienie zostaje wysłane również pisemnie. SWZ bez zmian.

21. Dotyczy Par. 1 ust. 8 i 9 projektu umowy

Prosimy Zamawiającego na odstąpienia od wymogu składania zamówień i reklamacji drogą telefoniczną. Z uwagi na właściwe dokumentowanie transakcji oferent nie ma możliwości przyjmowania zamówień ani reklamacji drogą telefoniczną.

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3.

Było:

**§ 1
Przedmiot zamówienia**

(...)

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminiedni (*min. 2 dzień, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą*) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr i fax

.....

9. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

(...)

Jest:

**§ 1
Przedmiot zamówienia**

(...)

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §10, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminiedni (*min. 2 dzień, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą*) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr i potwierdzonego faxem lub email.....

9. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną na nr podając numer faktury i potwierdza je faxem..... lub mailem..... z tego dnia. (...)

22. Dotyczy Par. 1 ust. 11 projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia kart charakterystyki w formie elektronicznej?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do wykonywania oznaczeń jonów sód, sód w moczu, potas, potas w moczu, chlorki można było zaoferować moduł ISE z uwzględnieniem jego praktycznego zużycia oraz trwałości, nie zaś według podanej gwarancji producenta w ulotce? Prośbę uzasadniamy naszą wiedzą praktyczną jako producenta oraz w oparciu o opinie użytkowników oferowanych przez nas systemów.

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie UPS'ów, których czas podtrzymywania pracy pozwoli na bezpieczne zatrzymanie i wyłączenie analizatora w przypadku braku napięcia sieci zasilania.

Odp: Nie, SWZ bez zmian.

25. do Załącznika 2A Parametry graniczne, analizator immunochemiczny: Pyt. do p. 10.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczania troponiny I o zakresie pomiarowym w próbkach bez rozcieńczeń do 25 ng/ml? Taki zakres pomiarowy wysokoczułego testu do oznaczania Troponiny pozwoli na ocenę zdecydowanej większości próbek bez konieczności wykonywania rozcieńczeń.

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

26. Pyt. do Zestawienia asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 2 do SWZ):

Zwracamy się z zapytaniem, czy podane ilości oznaczeń zawierają oznaczenia na kalibracje i kontrole? Jeśli nie, prosimy o podanie harmonogramu oznaczeń kontrolnych.

Odp: Ilość poszczególnych oznaczeń uwzględniają dodatkowo oznaczenia kontrolne, natomiast ilości przeznaczone na kalibracje należy doliczyć zgodnie ze specyfikacją testu i zaleceniami producenta.

27. Pyt. do Zestawienia asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 2 do SWZ):

W związku z tym, że nie wszystkie oferowane materiały niezbędne do wykonania badań posiadają termin ważności min. 12 miesięcy prosimy o zmianę wymogu w tabeli na termin ważności minimum 9 miesięcy? Odczynniki w stałej dostępności po stronie Wykonawcy – brak konieczności tworzenia niepotrzebnych zapasów po stronie Zamawiającego.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana załącznika nr 2 w pytaniu nr 2.

28. Pyt. do Zestawienia asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 2 do SWZ):

W związku z wprowadzeniem dodatkowego wymogu potwierdzenia terminu ważności (ostatnia kolumna tabeli formularza-asortymentowo cenowego) prosimy o zgodę na potwierdzenie w/w terminu oświadczeniem? Wskazujemy, że materiały producenta (metodyka/instrukcja użycia danego odczynnika nie zawierają deklaracji dotyczącej terminu ważności, a jedynie zawierają informację o stabilności na pokładzie danego odczynnika.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Dotyczy Załącznik nr 2A PARAMETRY GRANICZNE/BEZWZGLĘDNI WYMAGANE-wymóg Serwis - bezpłatne przeglądy konserwacyjne wykonywane regularnie zgodnie z wymaganiami producenta jednak nie mniej niż co 4 miesiące.

W związku z tym, że oferowany system immunochemiczny nie wymaga zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w cyklu wskazanym przez Zamawiającego (co 4 miesiące) wnioskujemy o zmianę zapisu wg propozycji: „Serwis – uwzględniony w cenie oferty, przeglądy konserwacyjne wykonywane regularnie zgodnie z zaleceniami producenta wynikającymi z instrukcji obsługi nie rzadziej niż co 6-12 miesięcy”? Wykonawca zapewni pełną sprawność urządzenia na warunkach swz (umowy), świadczące każdorazowo wymagany serwis-przyjazd celem naprawy urządzenia w sytuacji awarii, gdzie urządzenie musi być sprawdzone i przywrócone do pełnej sprawności.

Odp: Zamawiający bezwzględnie wymaga wykonania przeglądów okresowych zgodnie z

zaleceniami producenta oraz dodatkowych profesjonalnych konserwacji profilaktycznych czyli w sumie nie mniej niż co 4 miesiące.

30. Dotyczy załącznik nr 2b -Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)- Komputer typu ALL-IN-ONE - WYŚWIETLACZ - Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz komputera o wielkości 21,5" kątem widzenia matrycy pionowej: 89 stopni, poziomej: 89 stopni?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

31. Dotyczy załącznik nr 2b -Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)- Komputer typu ALL-IN-ONE –
Czy Zamawiający dopuści komputer który posiada 5 portów USB-A oraz jeden to USB C ?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

32. Dotyczy załącznik nr 2b -Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej): Czy Zamawiający dopuści
zaoferowanie innej drukarki sieciowej: laserowej , nie monochromatycznej , z szybkością drukowania do 18 str. na minutę , jakość druku w czerni: 600 x 600 dpi, Automatyczny druk dwustronny w formacie A4 i A5 w pełni zabezpieczy potrzeby Użytkownika związane z wydrukiem wyników badań uwzględniając specyfikę oznaczeń biochemiczno-immunochemicznych i wymagania sieciowe?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

33. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 4 ust. 9 : Prośba o zmianę punktu umowy: Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odp: Nie, SWZ bez zmian. ORZECZENIE II FSK 2753/17

34. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 6 ust. 1 : Prośba o doprecyzowanie punktu umowy, że „gwarancja” obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie – wynika to z regulacji art. 578 kodeksu cywilnego

Odp: SWZ bez zmian.

35. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 7 ust. 2 : Prośba o dodanie w ust. 2 pkt. 9 wg propozycji:

Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego

terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odp: Zamawiający nie zgadza się na zapis. Zamawiający modyfikuje zał. Nr 3 do SWZ.

Było:

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

Jest:

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający może pisemnie odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

36. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 9, w szczególności ust. 1 ppkt. 1) i 2):

Prosimy o obniżenie proporcji stawki kar umownych w poszczególnych punktach umowy do min. 0,1% - a max. 1,5 % Jednocześnie wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych w pozostałych punktach & 9 umowy o połowę do wysokości powszechnie przyjętej w umowach zawieranych na podstawie pzp w sektorze medycznym.

Odp: Nie. SWZ bez zmian.

37. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 9 ust. 2 :

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu umowy wg propozycji: „2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Z tym, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów

utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie

funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp: Nie. SWZ bez zmian.

38. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 9 ust. 3 : Prośba o wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych w %

zgodnie z PZP wg propozycji: Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może 20% wartości zamówienia pozostałej do realizacji z tytułu odstąpienie od umowy.

Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Kara umowna zastępuje odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Klauzula umowna, zobowiązująca jedną ze stron do zapłaty określonej kwoty, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności zdejmuje z wierzyciela obowiązek udowodnienia rozmiarów faktycznej szkody. Stanowi to dodatkowy czynnik mobilizujący dłużnika do wykonania zobowiązania. Dłużnik, godząc się na karę umowną, bierze tym samym na siebie gwarancję jego wykonania. Zapłata kary umownej stanowi niejako automatyczną sankcję cywilnoprawną przysługującą wierzycielowi w stosunku do dłużnika w wypadku niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn, za które dłużnik odpowiada.

Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych, winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy prawo zamówień publicznych. Jak już podniesiono, kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto, Zamawiający powinien pamiętać ustalając maksymalną wysokość kar umownych, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co powoduje wzrost ceny albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy.

Odp: SWZ bez zmian. Załącznik nr 3 §9 pkt 1 ppkt 3 i pkt 3.

39. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 15 ust. 1 :

W związku z wymogami organizacyjnymi prośba o zmianę zapisu umowy wg propozycji doprecyzowującej zapisy dotyczące „Dalszego powierzenia danych do przetwarzania”:

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu,

i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

.....
(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uzasadnienie

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zapisy. SWZ bez zmian.

40. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy § 3 ust. 5 :

Pyt. do p. 31.: Czy Zamawiający dopuści zamiast dostarczania na etapie realizacji papierowych wersji kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oferowanych produktów, przekazanie Zamawiającemu dostępu on-line do aktualnej biblioteki tych dokumentów dostępnej 24 godziny na dobę , 365 dni w roku?

Zamawiający po wpisaniu w przeglądarkę internetową na dedykowanej stronie internetowej

numeru katalogowego lub nazwy produktu znajdującej się na opakowaniu produktu otrzyma za każdym razem dostęp do aktualnej wersji w/w dokumentu wraz z możliwością ich pobrania (pdf.) i dostępem offline. Taka forma przekazania materiałów informacyjnych dla produktów ogranicza koszty oraz negatywny wpływ na środowisko poprzez ciągłe ich drukowanie/ aktualizowanie.

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

41. Dotyczy załącznika nr 3 -Projekt umowy -Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnoskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odp: Tak zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SWZ.

Było:

§ 5 Warunki najmu

(...)

9. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

(...)

Jest:

§ 5 Warunki najmu

(...)

9. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

10. *W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych. (...)*

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać nr odpowiedzi wraz z datą modyfikacji).

Upoważnienia
KOMENDANTA
WOJSKO POLSKIE SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
ul. Świerkowska 100, 01-116 Warszawa
.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)