



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -20/ 218 /2021

Wrocław, dnia 18.05.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa osprzętu do aparatu ECMO i siatek kompozytowych*”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 1 dopuści siatkę przepuklinową, antyadhezyjną do zaopatrywania rozległych przepuklin brzusznych. Kompozyt zbudowany w 83% z polipropylenu oraz 17% ePTFE. Całkowita gramatura 120 g/m²; grubość 0,5mm, grubość pojedynczego włókna polipropylenowego 0,18mm, wielkość porów części polipropylenowej 09, x 1,1mm; wielkość porów ePTFE 0,8mm. Siatka z możliwością docinania, zaopatrzona w marker orientacji w rozmiarze 30x30 cm lub w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 667 µm, max. 1359 µm z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20x30 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy projektu umowy par. 3 ust. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na fakturę w formacie pdf?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Usług Publicznych

Roman Komora

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska