



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 226 / 535 /24

Data: 06.02.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 301 / 2024

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy w Pakiecie nr 4 poz nr 1 i 2 dla zaoferowanych klipsów Zamawiający wymagać będzie potwierdzenia kompatybilności z klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Grena w instrukcji obsługi klipsów? Używanie klipsów nie zwalidowanych przez producenta do stosowania z klipsownicami Grena może skutkować wadliwym domykaniem klipsa ze wszystkimi związanymi z tym klinicznymi konsekwencjami dla pacjenta, mogącymi się ujawnić zarówno śródoperacyjnie jak i we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności z klipsownicą wielokrotnego użytku firmy Grena w instrukcji obsługi klipsów. Zamawiający dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 06.02.2024r. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza Asortymentowo-Cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pakietu 4.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem