



Ldz. ...*22*...2021

Olsztyn, dnia 15.02.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 18/2021/TP/DZP prowadzonego w trybie podstawowym pt. Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego wyposażenia medycznego oraz trenażerów do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM (po zm. WL i WNoZ/SzZP) w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1.

Część nr 6. Defibrylator z torbą transportową.

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator Kliniczny ze stopniem ochrony obudowy przed pyłem IP34 ? Obudowa ze stopniem ochrony IP34 jest wystarczającym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem Defibrylatora w warunkach Centrum Symulacji Medycznej.

Odpowiedź: Nie dopuszcza, wymagana norma IP minimum 43, jak w OPZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy Defibrylator z zaprogramowanym metronomem reanimacyjnym wg najnowszych wytycznych ERC z 2015 roku stanowiących o jednakowej liczbie uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w stosunku 30:2 (ucisk:wdech) gwarantujących najlepszy stosunek częstości uciśnień do ilości wykonanych wdechów?

Odpowiedź: Nie dopuszcza, wymagany metronom wg opisu w OPZ.

Pragniemy zauważyć, że proponowane przez nas urządzenie ma zaprogramowany i aktualizowany proces RKO do aktualnych przepisów i norm jakie są aktualnie obowiązują. Przez co urządzenie sprawnie nadzoruje i pomaga osobie prowadzącej proces RKO poprzez wyraźne komunikaty w języku polskim oraz sygnały wyświetlane na ekranie defibrylatora.


Pytanie nr 2 - dotyczące część nr 1, Trenerà do nauki leczenia odleżyn.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do nauki leczenia odleżyn o wymiarach 31.12cm x 32.07cm x 12.7cm oraz przedstawiający następujące zmiany chorobowe, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego?:

- Odleżyny, stopień IV, strup, podskórna tkanka tłuszczowa, dobrze ograniczony i podminowany brzeg rany, kanały drążące, tkanka martwicza mokra, odsłonięcie kości (z zapaleniem kości i szpiku)
- Stopień II – odleżyna okolic guza kulszowego
- Odleżyna (niesklasyfikowana) z tkanką martwiczą morką i strupem

- Stopień III z podskórną tkanką tłuszczową, tkanką martwiczą mokrą, ziarniną, odminowaniem brzegów rany i kanałami drążącymi
- Stopień I – odleżyna okolicy guza kulszowego
- Rozejście się rany na długość ok. 14 cm z podskórną tkanką tłuszczową i widocznymi miejscami po szwach powstałej w skutek zabiegu chirurgicznego
- Podejrzenie DTI (uszkodzenie tkanek głębokich)
- Podejrzenie rozerwania odbytu spowodowane rozejściem pośladeków (np. podczas wciągania pacjenta na wózek) lub erozją wywołaną obecnością kału lub moczu w fałdzie skóry.

Według naszej wiedzy i opisów na stronie producentów trenerów wiodących producentów trener posiadające wymienione przez Zamawiającego stany chorobowe nie jest już produkowany.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany trener do nauki leczenia odleżyn.

Z poważaniem,
KANCLERZ

mgr inż. *Łukasz Stec*

SPECJALISTA
Sporządziła: dr inż. Ewa Kowalska, mgr. Katarzyna Sądej
mgr Katarzyna Sądej