

Katowice, dn. 19.04.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 13,
Nr sprawy: ZP-23-050UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści plazmafiltr 0,45 m² zamiast 0,6 m²?

W związku z faktem, że plazmafiltry 0,6 m² są już niedostępne – wycofane z produkcji, producent, oferuje plazmafiltr 0,45 m² o parametrach bardzo zbliżonych do modelu 0,6 m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw z plazmafiltrem 0,45m² z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Skorygowany załącznik nr 4 (Pakiet nr 4) w załączeniu.