



ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZARNKOWIE
ul. Kościuszki 96, 64-700 CZARNKÓW
tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71

WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL
mail: sekretariat@zozzczarnkow.x.pl
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

Czarnków, dnia 14.10.2024 r.

Odpowiedzi do pytań oferentów.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie udziela odpowiedzi do pytań dotyczących postępowania w trybie wartości szacunkowej, którego przedmiotem są:

„Zakup i dostawa wężyków do automatycznego wstrzykiwacza CT Motion dla pracowni RTG w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w postępowaniu zestawu wężyków zapewniającego pracę przez 24 godziny, składającego się z 2 osobno pakownych wężyków pompy o czasie pracy do 12 godzin oraz do ilości 40 iniekcji, kompatybilnych z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego i spełniających wymagania Zamawiającego zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym.

Wykonawca wzywa do zmiany treści odpowiedzi udzielonej w dniu 11.10.2024 w której Zamawiający wymaga by wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego. Wskazujemy, że opublikowane zapisy są nieprawidłowe, stanowią rażące naruszenie zasad konkurencyjności w postępowaniu, wykluczają możliwość oferowania produktów nie pochodzących od producenta, a spełniających wymagania jako równoważne. Podkreślić należy, że takie sformułowanie warunku jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i w realiach rynkowych niemożliwe do spełnienia przez potencjalnego wykonawcę.

Odpowiedź: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na zapytanie oferentów kierując się wyłącznie dobrem pacjenta nie może zmienić powyższego zapisu, ponieważ zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia użycie wężyków lub systemów niezatwierdzonych przez producenta zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz może wpłynąć na prawidłowe działanie systemu. Ponadto urządzenie jest nowe, a praca na asortymencie niezatwierdzonym przez producenta będzie skutkowałą automatycznym odrzuceniem reklamacji gwarancyjnej. Zamawiający dopuszcza oferty wężyków, których czas pracy jest krótszy od czasu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym, jednakże warunkiem jest zatwierdzenie przez producenta wstrzykiwacza

Sporządził:

Specjalista ds. logistyki Paulina Kubiś

tel. (67) 352 – 81 – 77

e-mail: logistyka@zozzczarnkow.x.pl

automatycznego. Złożenie ofert przez Oferentów na zestaw wężyków o krótszym czasie pracy, będzie skutkowało zwiększeniem ilości zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym. Oferenci, którzy złożą ofertę na wężyki o czasie pracy do 12 godzin proszeni są przez Zamawiającego o podwojenie lub zaproponowanie własnej ilości sztuk w wartości zamówienia.

Kier. Zesp. Tech. RTG

mgr Piotr Wisłowski

mgr Kinga Krajewska
Krajewska
Zastępca Kierownika
Zespołu Techników RTG

Sporządził:

Specjalista ds. logistyki Paulina Kubiś

tel. (67) 352 – 81 – 77

e-mail: logistyka@zozoczamkow.x.pl