



Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert II

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową systemu do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji z diagnostyką mammograficzną wraz z wyposażeniem

1 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ po modyfikacji Umowa – wzór par 3 ust. 3

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 22.10.2024 r. i zmodyfikowanego wzoru Umowy prosimy dodatkowo o modyfikację par. 3 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ w sposób jak niżej:

*Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, a w szczególności wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego, prac serwisowych, napraw bez użycia części zamiennych, przeglądów, **napraw**, koszty cła i podatków, jeśli takie występują, koszty aktualizacji oprogramowania, testów specjalistycznych (jeżeli wymagane po naprawie), koszty wydania orzeczenia technicznego kwalifikującego aparat do wycofania z eksploatacji jak również wszelkie inne koszty związane z należytym wykonaniem wszelkich czynności serwisowych obejmujących aparaty o których mowa w Załączniku nr 1.*

Obecnie obowiązujący, zmodyfikowany wzór umowy wskazuje jako objęte przedmiotem postępowania zarówno „naprawy” jak i „naprawy bez użycia części zamiennych”, co czyni go niejasnym i prawdopodobnie niezgodnym z intencjami Zamawiającego. Obecny zapis wskazuje bowiem, że „naprawa” niezależnie od tego czy do jej wykonania są potrzebne części zamienne czy też nie są one potrzebne, wchodzi w skład wynagrodzenia ryczałtowego objętego przedmiotową Umową.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wykreśla we wzorze umowy wskazany na czerwono zapis.

W załączeniu zmieniony wzór umowy

2 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ po modyfikacji Umowa – wzór par. 2 ust. 5 lit. c) zdanie trzecie

Termin naprawy wynosi wówczas 2 dni robocze i jest liczony od dnia akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy.

Prosimy o zmianę terminu naprawy z użyciem części zamiennych na 5 dni roboczych. Wnosimy o zauważenie, że zgodnie z procedurami producenta wymiana części zamiennych skutkuje koniecznością dokładnej, proceduralnej oceny funkcjonowania nowego podzespołu zanim wyrób medyczny zostanie ponownie dopuszczony do eksploatacji. Dodatkowo, w urzędzeniach emitujących promieniowanie jonizujące wymiana taka jest najczęściej powiązana z koniecznością wykonania powtórnych testów - w tym specjalistycznych (co uwzględnia sam Zamawiający opisując przedmiot zamówienia), wykonywanych przez niezależne laboratoria pomiarowe. Zmuszanie Wykonawców do uwzględniania w cenie oferty wysokich kar umownych wynikających z zaniżonych terminów wykonania kompleksowych napraw (których termin wykonania jest dodatkowo zależny również od podmiotów trzecich) nie leży w interesie Zamawiającego. Prosimy o uwzględnienie z uwagi, że kary umowne mają charakter dostatecznie rygorystyczny i motywujący do możliwie najszybszego wykonywania przedmiotu Umowy i narzucanie Wykonawcom nierealnych technicznie terminów nie działa na Wykonawców motywująco tylko odstrasza.

ODPOWIEDZ

Zamawiający zmienia termin naprawy z użyciem części zamiennych na 5 dni roboczych.



UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

W związku z art.137 ust.6) zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2024r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2024r. o godz. 10:30

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Opublikowane Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W załączeniu ZMIENIONY II Załącznik 6 z zaznaczonymi zmianami.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Renata Wachowicz