



Znak: AE/ZP-27-13/21

Tarnów, 2021-06-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 61 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segmenty leżą są wypełnione zdejmowanymi płytami HPL (laminat wysokociśnieniowy) wraz z systemem pozycjonowania co ułatwia ich szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi celem dezynfekcji lub sterylizacji co jest możliwe jedynie w przypadku płyty HPL? Przerwy pomiędzy segmentami zapewniają doskonałą wentylację co eliminuje potrzebę dodatkowych otworów w samej płycie.
2. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z kolorowego laminatu HPL z anodyzowanymi, aluminiowymi profilowanymi zaokrąglonymi narożnikami? Pozostałe parametry zgodne z tabelą parametrów.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 6 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łóżek oferowanych w **pozycji nr 1**.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych wykonaną z kolorowego laminatu HPL, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym szkielet szafki wykonany jest z profili metalowych lakierowanych proszkowo.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Z up. DYREKTORA


mgr ośl. Maria Bawół
Zastępca Dyrektora