



SZP-EZP/228/2023

Złotów, dnia 27.10.2023 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **24/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa wraz z montażem lampy RTG do tomografu komputerowego producenta Siemens**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ i udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 1

Prosimy o potwierdzenie, że inne czynności serwisowe w celu prawidłowego zainstalowania i uruchomienia lampy RTG Zamawiający to kalibracja części w systemie oraz m.in. przeprowadzenie testów jakości, które wymagają użycia kodów serwisowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania kodów serwisowych dedykowanych do konkretnego aparatu. Zwracamy uwagę, że pominięcie czynności wymaganych przez producenta może prowadzić do przedwczesnego zużycia się aparatu i w konsekwencji kosztownych napraw lub do nie osiągnięcia oczekiwanego efektu usługi.

Odpowiedź: Zamawiający **potwierdza**, że inne czynności serwisowe w celu prawidłowego zainstalowania i uruchomienia lampy RTG to kalibracja części w systemie oraz m.in. przeprowadzenie testów jakości. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania kodów serwisowych dedykowanych do konkretnego aparatu jeżeli są one niezbędne do wykonania testów jakościowych.

Pytanie nr 2

Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do weryfikacji posiadanych dokumentów potwierdzających legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania na każdym etapie postępowania i realizacji umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie przewiduje** weryfikacji legalności nabycia kodów serwisowych, ponieważ domniemywa, iż Wykonawca pozyska w legalny sposób kody serwisowe.

Pytanie nr 3

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 3, ust. 1, lit. f

Zgodnie z wymogami producenta, stare uszkodzone części trafiają z powrotem do producenta, celem recyklingu. Prosimy o ile to możliwe o odstąpienie od wymogu potwierdzenia utylizacji starej lampy w formie oświadczenia Wykonawcy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, może się okazać, że Wykonawca będzie musiał ponieść wyższe koszty, co może się przełożyć na cenę oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **odstępuje od wymogu** dostarczenia dokumentów potwierdzających utylizację starej lampy ale stawia wymóg dostarczenia oświadczenia Wykonawcy o poddaniu lampy recyklingowi, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 3 ust. 1 lit. f – załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 4

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 3, ust. 8, pkt 1 oraz § 4, ust. 3, pkt 2. Zwracamy uwagę, że dla lampy RTG producent nie przygotował odrębnego dokumentu w zakresie zasad konserwacji oraz karty gwarancyjnej. Prosimy o odstąpienie od wymogu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **odstępuje od wymogu** dostarczenia powyższych dokumentów, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 3 ust. 8 pkt 1 oraz w § 4 ust. 3 pkt 2 – załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 5

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 3, ust. 8, pkt 2 oraz § 4, ust. 3, pkt 2

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 r. wymogi mające zastosowanie do wyrobów medycznych uległy zmianie. W związku z tym, wymagany przedmiot zamówienia: lampa RTG do tomografu komputerowego producenta Siemens, nie został sklasyfikowany przez producenta jako samodzielny wyrób medyczny. Przedmiot zamówienia stanowi komponent do systemu głównego SOMATOM SCOPE POWER i dopiero z nim tworzy całość. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentów wskazanych w § 3, ust. 8, pkt 2 jako obiektywnie niemożliwego do spełnienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **odstępuje od wymogu** dostarczenia powyższych dokumentów, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 3 ust. 8 poprzez usunięcie punktu 2 oraz dokona modyfikacji zapisów w § 4 ust. 3 pkt 2 – załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 6

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 3, ust. 8, pkt 5 oraz § 7, ust. 3
Zwracamy uwagę, że dla części zamiennej - lampy RTG nie wykonuje się przeglądów okresowych. Prosimy o odstąpienie od wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający **odstępuje od wymogu** wykonywania przeglądów okresowych przedmiotu zamówienia, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 3 ust. 8 poprzez usunięcie punktu pkt 5 oraz w § 7 poprzez usunięcie ustępu 3 – załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 7

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 7, ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi, jest tożsamy z okresem gwarancji.

Odpowiedź: Okres **rękojmi nie jest tożsamy** z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji, tym samym Zamawiający dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ.

Rękojnia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC).

Pytanie nr 8

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 7, ust. 11

Prosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych z uwagi na fakt, że w przypadku awarii części konieczna będzie jej wymiana. Termin 48h jest niewystarczający na przeprowadzenie takiej czynności.

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 7 ust. 11 oraz usunie ustęp 12.

Pytanie nr 9

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 7, ust. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostawy karty gwarancyjnej dla części zamiennej.

Zwracamy uwagę, że dla lampy RTG producent nie przygotował odrębnego dokumentu karty gwarancyjnej

Odpowiedź: Zamawiający **odstępuje od wymogu** dostarczenia karty gwarancyjnej, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 7 poprzez usunięcie ustępu 14.

Pytanie nr 10

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 7, ust. 17, pkt 2

Prosimy o usunięcie wymogu gwarancji odnawialnej. Wykonawca jako autoryzowany serwis producenta, nie naprawia części a wymienia je na nowe. Taki wymóg spowoduje ciągłe odnowienie gwarancji na tak drogi komponent co może się przełożyć na cenę oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy § 7, ust. 20

Czy Zamawiający wymaga przeglądu okresowego całego urządzenia wraz z wymianą lampy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **odstępuje od wymogu** dokonywania przeglądów okresowych przedmiotu zamówienia, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w § 7 poprzez usunięcie ustępu 20.

Pytanie nr 12

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź: Zamawiający **wyraża zgodę** na dodanie powyższego zapisu do umowy, tym samym dokona stosowanej modyfikacji zapisów SWZ w załączniku nr 3 poprzez dodanie ustępu 23.

Pytanie nr 13

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że

zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający **nie wyraża zgody** na dodanie do umowy proponowanej klauzuli, tym samym dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ poprzez dodanie załącznika do umowy pt. Zasady środowiskowe dla Wykonawców/Podwykonawców.

II. Modyfikacje treści SWZ

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ.

1. W **§ 3 ust. 1 lit. f** projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), który otrzymuje **nowe brzmienie:**
 - f) dokonać utylizacji zdemontowanej przez Wykonawcę lampy. Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenie o poddaniu starej lampy utylizacji lub recyklingowi.
2. W **§ 3 ust. 8 pkt 1** projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), który otrzymuje **nowe brzmienie:**
 - 1) przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów (wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim) związanych z przedmiotem zamówienia.
3. W **§ 3 ust. 8 pkt 2** projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), poprzez usunięcie punktu nr 2.
4. W **§ 7 ust. 11** projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), który otrzymuje **nowe brzmienie:**
 11. W terminie **5 dni roboczych** (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia wady Wykonawca:
 - 1) usunie wadę albo
 - 2) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.

W § 7 ust. 12 Zamawiający dokona stosownej zmiany poprzez usunięcie ustępu 12.
5. W **§ 4 ust. 3 pkt 2** projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), który otrzymuje **nowe brzmienie:**
 - 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu związane ze Sprzętem wszelkie dokumenty zgodnie z § 3 ust. 8 pkt 1.

III. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

IV. Zamawiający zgodnie z art. 268 ust. 5 Pzp udostępnia informację o przedłużonym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na stronie prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/837366>

W załączeniu:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
2. Zasady środowiskowe dla Wykonawców/Podwykonawców

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/837366>)
2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl