



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 23.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego.**

Nr postępowania: **ZP/18/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 10B** - Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy (na życzenie Zamawiającego) urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu (przesyłki kurierskiej).
Zgodnie z zapisami SWZ.
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 10B** - Prosimy o informację czy posiadane przez Zamawiającego urządzenia są obecnie wyposażone w baterie (akumulatory).
Tak.
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 10B** - Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga wymiany baterii (akumulatorów) podczas przeglądu (w cenie przeglądu).
Uzasadnienie:
Przeglądy są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z instrukcją serwisową producent nie wymaga wymiany baterii (akumulatorów) w trakcie przeglądów.
Biorąc pod uwagę kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w poprzednim postępowaniu (nr ZP/10/24) można domniemywać, że cena baterii nie została zawarta w tej kwocie.
Uprzejmie prosimy o jednoznaczną odpowiedź albowiem cena baterii może stanowić znaczną część ceny przeglądu.
Zgodnie z zapisami SWZ ust. 4 pkt 8 Zamawiający wymaga aby wymiana m.in. zużytej baterii była zawarta w cenie przeglądu.
Zgodnie z zapisami SWZ ust. 4 pkt 17 ppkt 7) Zamawiający nie wymaga dodatkowej wyceny zużytej baterii.
W obecnej sytuacji tylko Zamawiający posiada wiedzę czy baterie są zużyte czy nie, a zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający ma obowiązek podać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty.
„Zgodnie z zapisami SWZ” nie będzie odpowiedzią na zadane pytanie.
Zgodnie z zapisami SWZ Dział 4, ust. 8, to Wykonawca wykonując przegląd sprzętu medycznego, dokonuje oceny, czy dany akumulator jest zużyty i podlega wymianie, czy też nie.

4. **Dotyczy rozdz. 4 SWZ, ust. 21; rozdz. 19 SWZ, ust. 2, pkt 3; Załącznika nr 8 do SWZ - §2, ust. 4; Załącznika nr 1 do SWZ – ust. 2 – dla pakietu 18g** - Załącznika nr 1 do SWZ – ust. 2 – dla pakietu 18g Prosimy o dodanie zapisu oraz naniesienie zmian w powyższych pkt. dla pakietu 18g: „Czas przystąpienia do usuwania awarii (usterki) od momentu otrzymania zgłoszenia naprawy wynosi 48 godzin (wylączając dni ustawowo wolne od pracy). Czas ten jest rozumiany jako kontakt z użytkownikiem w celu ustalenia zakresu usterki/naprawy i dalszego toku postępowania.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia, bez konieczności wymiany części, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin wykonania naprawy zostaje wydłużony do 21 dni roboczych. Gdy Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu, istnieje możliwość użyczenia sprzętu zastępczego na wniosek Zamawiającego na adres mailowy: ats.acp@bbraun.com”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz projektu umowy.

5. **Dotyczy SWZ – rozdz. 6, ust. 2, pkt. 4, lit. d – dla pakietu 18g** - Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego odbycie szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakiecie 18g, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcownikami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ.

6. **Dotyczy SWZ – rozdz. 8, ust. 2, pkt. 5 – dla pakietu 18g** - Prosimy o dodanie do wymogu autoryzacji pakietu 18g. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ.

7. **Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ - §3, ust. 1 – dla pakietu 18g** - Prosimy o dodanie w §3, ust. 1 umowy zapisu dla pakietu 18g: „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego objętego umową będą realizowane, zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy, po uprzednim kontakcie Wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia konkretnej daty wykonania usługi.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

8. **Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ - §3, ust. 5 – dla pakietu 18g** - Prosimy o dodanie do §3, ust. 5 umowy zapisu dla pakietu 18g: „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów/napraw w siedzibie Wykonawcy. Gdy Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu naprawy, istnieje możliwość użyczenia sprzętu zastępczego na wniosek Zamawiającego na adres mailowy: ats.acp@bbraun.com „

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- 9. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ - §7, ust. 4 – dla pakietu 18g** - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu naprawy? Jeżeli tak, prosimy o adnotację, że naprawa wymaga każdorazowo akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.
Wówczas prosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu: „Zapłata za realizację umowy w zakresie zakupu, dostawy i wymiany części zamiennych oraz wykonywania napraw, nastąpi po przedłożeniu odrębnej faktury wystawionej przez Wykonawcę, po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy wraz z dołączonym wykazem dostarczonych części zamiennych, (kosztorys naprawy będzie wymagał każdorazowo akceptacji strony odpowiedzialnej merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w §10 ust. 2, z wyłączeniem czynności wskazanych w §4 umowy). Czas realizacji naprawy będzie liczony od daty otrzymania akceptacji.”
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
- 10. Dotyczy Umowa par. 15 ust. 4 oraz SWZ pkt. 4.18** - Wnioskujemy o potwierdzenie i/lub dodanie do treści SWZ/Umowy poniższego lub równoważnego zapisu: „Zamawiający dopuszcza również w przypadku sprzętu wyprodukowanego przed rokiem 2010 zakończenie przez Wykonawcę naprawy, co również nie będzie rodziło odpowiedzialności zawartych w postanowieniach karach Umownych określonych w SWZ.”
Prośbę motywujemy faktem, że w przypadku zakończenia produkcji nowych części zamiennych przez producenta z reguły nie istnieją na rynku inne części zamienne dopuszczone przez producenta i nie jest to zawinione przez Wykonawcę. Z tego powodu wnioskujemy o możliwość odstąpienia od naprawy bez ponoszenia odpowiedzialności.
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.
- 11. Dotyczy SWZ pkt. 6.2.4.d – pakiet 13c** - Z uwagi na wysoką inwazyjność wyrobów medycznych typu diatermia elektrochirurgiczna (aplikacja prądu do ciała pacjenta), a tym samym ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie Wykonawcy dla pakietu nr 13c (diatermie Erbe) wymogiem bycia autoryzowanym serwisantem wytwórcy przedmiotowego urządzenia, jak w pkt. 6.2.4.d SWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że urządzenia tego samego typu innych producentów (pakiet 13d i 13e) objęte są wnioskowanym wymogiem dla Wykonawcy.
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje odpowiednio zapisy SWZ.
- 12. Dotyczy Załącznika nr 8 – Umowa ZP/18/.../24 /Projekt/, § 7, dot. Pakietu nr 21d** - Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu do umowy w § 7, zgodnie z poniższym:
12. Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze za usługi wykonane w ramach niniejszej umowy upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji zobowiązań umownych bądź ich realizację za przedpłatą.
Zamawiający nie wyraża zgody.
- 13. Dotyczy Załącznika nr 8 – Umowa ZP/18/.../24 /Projekt/, § 14, dot. Pakietu nr 21d** - Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o możliwość zmniejszenia kar umownych, zgodnie z poniższym:
1) za nieterminowe rozpoczęcie przeglądu okresowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości ~~1%~~ **0,5%** od wartości brutto pakietu, którego przegląd dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień po miesiącu wyznaczonego terminu przeglądu;
2) za przekroczenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii (usterki), o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości ~~100,00 zł~~ **50,00 zł**. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
3) za niedostarczenie w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 i 7 urządzenia zastępczego, w wysokości ~~1%~~ **0,5%** brutto od wartości brutto pakietu, którego usługa dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień po terminie; 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP - w wysokości ~~5%~~ **2,5%** wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP.
5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 umowy czynności, w wysokości ~~500,00 zł~~ **250,00 zł**. za każdy stwierdzony przypadek;

6) za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości ~~10%~~ **5%** wartości brutto umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy),

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć ~~30%~~ **15%** wynagrodzenia brutto, określonego w § 1 ust. 2 umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dotyczy Załącznika nr 8 – Umowa ZP/18/.../24 /Projekt/, § 14, dot. Pakietu nr 21d - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy dodatkowego zapisu w § 14, zgodnie z poniższym:

5. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:
Prokurent
Kamil Krzewicki

Prokurent
Irena Dałek

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/952051>