

Dr. Schumacher

Deklaracja zgodności

My, firma
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Niemcy
SRN: DE-MF-000007445

niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że wyrób medyczny:

THERMO CLEAR

GMDN:58061

BASIC-UDI-DI: 42600686200127HA
00-127-050, 00-127-050AT, 00-127-050E1, 00-127-050E2
00-127-050E3, 00-127-050E7

jest/są zgodne z następującym rozporządzeniem:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

Przeznaczenie:

Specjalny środek myjąco-płuczący do chemo-termicznej obróbki basenów w myjkach termicznych do basenów

Procedura zgodności z normami

zgodnie z aneksem II
do wyżej wymienionej dyrektywy

Klasyfikacja

zgodnie z załącznikiem VIII wyżej wymienionego rozporządzenia Rady:
klasa I (reguła 1)

Specyfikacja

Niniejsza Deklaracja Zgodności opiera się na obowiązującej wewnętrznie specyfikacji produktu.

Termin ważności

5 lat od daty poniżej, jeśli nie będzie
żadnych istotnych modyfikacji w produkcji.

Malsfeld, 23.05.2023 r.

/podpis nieczytelny/

Dr Nico Schulz

Zastępca osoby odpowiedzialnej za zgodność z przepisami

- w imieniu Dr. Schumacher GmbH -