



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 18.12.2023r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – uzupełnienie, znak sprawy: PN 96/23.**

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 6:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 1 alternatywnej igły do portu szlif Hubera objętość wypełnienia 0,3 ml, Igła typu motylek, z klipsem zatraskowym na drenie. Igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Produkt klasy IIa w rozmiarach 22G o dł 19mm ,opakowane typu blister pack. ? Pakowane po 20 szt ?

Odpowiedź nr 1: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 6:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 2 alternatywnej bezpiecznej kaniuli dożylniej wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklepanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack. Rozmiary od 22G-14G (przepływy i rozmiary w tabeli), pakowane po 50szt ?

Odpowiedź nr 2: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 3

Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019: Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W nawiązaniu do brzmienia art. 106 ust. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie a w konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.

Odpowiedź nr 3: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków w op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 3375 op.?

Odpowiedź nr 4: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 3

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dorosłych, powinny posiadać (w odniesieniu do 1 szt.) powierzchnię przewodzącą (aktywną) elektrody min. 100 cm² przy powierzchni całkowitej elektrody maksymalnie 155 cm², co zapewnienia optymalne warunki ich bezpiecznego i skutecznego użytkowania w przebiegu procedur m.in. defibrylacji czy kardiowersji u dorosłych, wykonywanych w Państwa Szpitalu, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 5: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA ŻE OFEROWANE ELEKTRODY POWINNY POSIADAĆ powierzchnię przewodzącą (aktywną) elektrody min. 100 cm² przy powierzchni całkowitej elektrody maksymalnie 155 cm², POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 6

Pakiet 6

Poz. 1

1. W celu prawidłowej wyceny, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są 3 opakowania a 15 szt. igieł typu Surecan, spełniające wszelkie wymogi opisane w SWZ.

Odpowiedź nr 6 (Pakiet 6 poz. 1): TAK. ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OPAKOWANIA A 15 SZT. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Poz. 2

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie, powinny posiadać koreczki luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów opisanych w SWZ.

Odpowiedź nr 6 (Pakiet 6 poz. 2): TAK. POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 12

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny poza wymaganym w SWZ paskiem kontrastowym RTG wzdłuż całego drenu posiadać także znaczniki RTG, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia drenu w każdych warunkach klinicznych, co jest szczególnie istotne dla prowadzonej terapii.

Odpowiedź nr 7 (Pakiet 12 poz. 1): ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu.

Odpowiedź nr 7 (pakiet 12 poz. 1): ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Poz. 7

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kieliszki do podawania leków, pakowane w opakowania od 75 do 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 7 (pakiet 12 poz. 7): ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

Poz. 8

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki pępkowe o długości roboczej 37-40cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 7 (pakiet 12 poz. 8): ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki pępkowe - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny posiadać sztywną zewnętrzną ochronną osłonkę, zapewniającą ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu.

Odpowiedź nr 7 (pakiet 12 poz. 8): ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY SWZ.

II. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, dokonuje odpowiedniej zmiany treści SWZ w zakresie:

1) Pkt 6.6.1., L.p. 5

Było:

L.p.	Rodzaj dokumentu
5.	Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wykonawca złoży wraz ofertą PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – dla Pakietów dla których oferta jest składana, to jest: 1) Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 SWZ oraz zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów w zależności, na który Pakiet zostanie złożona oferta. Jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy Karty Techniczne producenta oferowanych produktów. UWAGA-Każdy dokument powinien być opisany, jakiego Pakietu (w tym pozycji) z Załącznika 1 do SWZ dotyczy.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

<p>2) Dla Pakietu 19, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub wyroby kosmetyczne.</p> <p>a/w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym Wykonawca załączy do oferty dokumenty wskazane powyżej, tj.: pkt 5 ppkt 1) oraz deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji.</p> <p>b/ w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem kosmetycznym Wykonawca załączy do oferty dokumenty wskazane powyżej, tj.: pkt 5 ppkt 1) wpis do Rejestru Wyrobów Kosmetycznych CPNP (wymagana nazwa oferowanego produktu oraz numer nadany przy rejestracji).</p> <p><u>UWAGA</u>-Każdy dokument powinien być opisany, jakiego Pakietu (w tym pozycji) z Załącznika 1 do SWZ dotyczy.</p> <p>W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się załączenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski – dotyczy wszystkich Pakietów.</p>

Jest:

L.p.	Rodzaj dokumentu
5.	<p>Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wykonawca złoży wraz ofertą</p> <p>PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – dla Pakietów dla których oferta jest składana, to jest:</p> <p>1) Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 SWZ oraz zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów w zależności, na który Pakiet zostanie złożona oferta. Jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy Karty Techniczne producenta oferowanych produktów. <u>UWAGA</u>-Każdy dokument powinien być opisany, jakiego Pakietu (w tym pozycji) z Załącznika 1 do SWZ dotyczy.</p> <p>2) Dla Pakietu 19, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub wyroby kosmetyczne.</p> <p>a/w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym Wykonawca załączy do oferty dokumenty wskazane powyżej, tj.: pkt 5 ppkt 1) oraz deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji.</p> <p>b/ w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem kosmetycznym Wykonawca załączy do oferty dokumenty wskazane powyżej, tj.: pkt 5 ppkt 1) wpis do Rejestru Wyrobów Kosmetycznych CPNP (wymagana nazwa oferowanego produktu oraz numer nadany przy rejestracji).</p> <p><u>UWAGA</u>-Każdy dokument powinien być opisany, jakiego Pakietu (w tym pozycji) z Zał. 1 do SWZ dotyczy.</p>

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się załączenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski – dotyczy wszystkich Pakietów.

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2) Pkt 11.8. 6)

Było:

„ 6) Przedmiotowe środki dowodowe

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wykonawca złoży wraz ofertą:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – dla Pakietów dla których oferta jest składana, to jest: 1) Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 SWZ oraz zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów w zależności, na który Pakiet zostanie złożona oferta. Jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek **nie wynika** potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy **Karty Techniczne producenta oferowanych produktów.**

2) Dla Pakietu 19, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub wyroby kosmetyczne.

a/w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki wskazane powyżej, tj.: pkt 6 ppkt 1) oraz deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji,

b/w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem kosmetycznym Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki wskazane powyżej, tj.: pkt 6 ppkt 1) oraz wpis do Rejestru Wyrobów Kosmetycznych CPNP (wymagana nazwa oferowanego produktu oraz numer nadany przy rejestracji).

UWAGA-Każdy dokument, tj.: przedmiotowy środek dowodowy, powinien być opisany, jakiego Pakietu (w tym pozycji) z Załącznika 1 do SWZ dotyczy.

W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się załączenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski – dotyczy wszystkich Pakietów.”

Jest:

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

„ 6) Przedmiotowe środki dowodowe

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wykonawca złoży wraz ofertą:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – dla Pakietów dla których oferta jest składana, to

jest: 1) Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 SWZ oraz zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów w zależności, na który Pakiet zostanie złożona oferta. Jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek **nie wynika** potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów Wykonawca załączy **Karty Techniczne producenta oferowanych produktów.**

2) Dla Pakietu 19, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub wyroby kosmetyczne.

a/w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki wskazane powyżej, tj.: pkt 6 ppkt 1) oraz deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji, natomiast

b/w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem kosmetycznym Wykonawca załączy do oferty przedmiotowe środki wskazane powyżej, tj.: pkt 6 ppkt 1) oraz wpis do Rejestru Wyrobów Kosmetycznych CPNP (wymagana nazwa oferowanego produktu oraz numer nadany przy rejestracji).

UWAGA-Każdy dokument, tj.: przedmiotowy środek dowodowy, powinien być opisany, jakiego Pakietu (w tym pozycji) z Załącznika 1 do SWZ dotyczy.

W przypadku gdy wymagane w/w dokumenty sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się załączenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski – dotyczy wszystkich Pakietów.

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. ”.

Sporządziła: Ewa Nowakowska.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**