



Znak: AE/ZP-27-21/20

Tarnów, 2020-04-28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę: łóżek szpitalnych, łóżek intensywnego nadzoru i szafek przyłóżkowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 (dotyczy tylko łóżek z wagą). Czy Zamawiający dopuści łóżka z wagą ze szczytami wykonanymi z nierdzewnych rur połączonych tworzywowymi elementami, gdzie wypełnienie szczytu stanowi płyta tworzywowa hpl (dostępna w 8 kolorach)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** łóżek z wagą ze szczytami wykonanymi z nierdzewnych rur połączonych tworzywowymi elementami, gdzie wypełnienie szczytu stanowi płyta tworzywowa hpl (dostępna w 8 kolorach), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a



Zastępca Dyrektora


mgr Danuta Nosek