



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-605/22

Poznań, dnia 16.08.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy - platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-68/22** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **dostawę aparatury do wykrywania i analizy dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 3 części.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Dot. części nr 2:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminy dostawy aparatu na 6-8 tygodni, ze względu na konieczność sprowadzenia aparatu z zagranicy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**W związku z tym zmianie ulega pkt. 6.1. na następujący:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (czas dostawy) **nie może przekroczyć:**

**10 tygodni (dla cz. 1 i 3)**

**8 tygodni (dla cz. 2) od daty zawarcia umowy.**

Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo opisane w punkcie 15.1 SWZ

**oraz pkt. 15 SWZ - kryterium termin realizacji na następujący:**

Wymagamy podania terminu realizacji w tygodniach, przy czym termin nie może być dłuższy niż:

**- 10 tygodni – część 1 i część 3.**

**- 8 tygodni – część 2.**

Podanie dłuższego terminu realizacji spowoduje odrzucenie oferty.

Niepodanie w ofercie terminu realizacji będzie traktowane, jako zaoferowanie maksymalnego dopuszczalnego terminu realizacji.

Minimalny termin realizacji:

**4 tygodnie – część 1 – 3.**

Podanie krótszego terminu realizacji spowoduje, że do obliczania punktacji zamawiający przyjmie terminy minimalne a do umowy zostaną wpisane terminy podane w ofercie.

2. Czy Zamawiający wymaga w poz.25 zaoferowania urządzenia do pomiaru zawiesiny bakteryjnej dedykowanego do aparatu do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości umożliwiającego automatyczny transfer wartości zmętnienia próbki w McFarland do systemu aparatu oraz posiadającego zestaw standardów do systemu bez daty ważności?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga urządzenia o wyżej wskazanych parametrach. W związku z tym zamieszcza zmieniony załącznik 3.2. dla cz. 2 do SWZ oraz informuje, że w przypadku złożenia oferty z użyciem nieaktualnego załącznika oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie paragrafu w umowie: „Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym dokonuje zmiany zapisów umowy dotyczących części 2, poprzez dodanie w § 2 ust. 14 zdania:**

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

**Zamawiający, w związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ, na podstawie art. 137 ust. 6 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:**

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 01.09.2022 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 01.09.2022 r. godz.: 11:00.
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 29.11.2022 r.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.**

*W załączeniu:*

*- zmieniony Załącznik 3.2*