

Konin, 15.04.2022r.

WSZ-EP-6/444/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i materiałów hemostatycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-6/2022).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 31

Czy w pakiecie nr 31 Zamawiający dopuści taśmę do szycia łąkotki wykonaną z polietylenu (materiał niewchłaniający, pleciony), o długości 30 cali, czyli 76,2cm, o szerokości 1mm, z końcówkami 2-0, połączoną z 2 igłami łąkotkowymi, prostymi, ostrymi o długości 10 cali, czyli 254cm (zgodnie z wymogami SIWZ), bez zachowania pierwotnych wymagań?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 31

Czy ze względu na wymóg zawarty w SIWZ o brzmieniu „odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu” oraz duże rozmiary wymaganej w Pakiecie 31 igły tj. 254mm, Zamawiający wyrazi zgodę, aby opakowanie, zawierające zaproponowany szew do szycia łąkotki było oznaczone czytelnie, jednoznacznie wskazując wszystkie parametry zawartego w środku implantu, z pomniejszonym rysunkiem igły (nie w skali 1:1), jednak potwierdzające faktyczną długość igieł zapisem numerycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w „Uwaga! WYMAGANE WARUNKI dla szwów chirurgicznych”.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.