



Warszawa, dnia 19.09.2023 r.

Numer postępowania: IMOL/ZP/10/2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Sprzedaż i dostarczenie wirówki wraz z rotorami”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki o parametrach odbiegających od wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu Zamówienia w następujących punktach:

punkt I.1 – wirówka posiadająca certyfikat zgodności CE, ale nie posiadająca certyfikatu zgodności z dyrektywą IVD (98/79/EC),

Punkt I.9 – wirówka posiadająca doskonale czytelny i ergonomicznie zlokalizowany ekran dotykowy o przekątnej 6,5”,

Punkt IIa.3 – współczynnik $k = 114$ umożliwiający skrócenie wymaganego czasu wirowania dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów np. tworzenia peletów,

Punkt IIb. 2 – maksymalne przyspieszenie 301 032 x g,

Punkt IIb. 4 – maksymalna pojemność rotora 432 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od wskazanych wyżej parametrów, tj. nie dopuszcza wirówki o innych parametrach niż wskazane w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów
i Maszyn Molekularnych PAN
Radosław Jodzis