



WSzSL/FZ.381.20/24.11/2024

Legnica 18.04.2024 r.

Do wszystkich Zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH  
NIESTERYLNYCH I WYROBÓW DIAGNOSTYCZNYCH  
ZNAK SPRAWY: WSzSL/FZ-20/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

**Zapytanie 1: CZĘŚĆ 3**

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie obwodu 3-5,5 cm.

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie obwodu 9-14,5 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Zapytanie 2: CZĘŚĆ 10**

Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 4 szt. a'30 listków w jednym opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie precyzuje sposobu konfekcjonowania opakowania zbiorczego.

**Zapytanie 3:** Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający przypomina, iż Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie dostawy.

**Zapytanie 4: Pakiet 9, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie maski z drenem o długości 200 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyrobu o długości wskazanej w SWZ tj. 210 cm.

**Zapytanie 5:** Dotyczy części 4, punkt 1

Czy zamawiający oczekuje elektrody z kablem wypuszczonym czy bez?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Zapytanie 6: Część 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga wyceny zgodnie z SWZ tj. podania ceny jednostkowej. Jednocześnie odsyłamy do zapisów SWZ Rozdziału XVII pkt 2, czyli informacji o dopuszczeniu podania ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, gdy wymaga tego prawidłowe złożenie oferty.

**Zapytanie 7: Część 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2 przeznaczoną dla dzieci?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ rozmiaru nr 3.



**Zapytanie 8: Część 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga masek sterylnych?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga masek niesterylnych.**

**Zapytanie 9: Pakiet nr 5 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby również rezerwuuar tlenu nadawał się do sterylizacji w temperaturze 121°C?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Zapytanie 10: Pakiet nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Maski tlenowej z rezerwuarem, Maski tlenowej z workiem przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu

Wykonana z medycznego PCV

Regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie

Wyposażona w dren o długości 200cm zakończony uniwersalnym łącznikiem

Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia

Otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami

Wyposażona w rezerwuuar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową

Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Rozmiar dla dorosłych i pediatryczny?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga drenu o długości 210 cm., pozostałe parametry dopuszcza.**

**Zapytanie 11: Część 10 – Maty dekontaminacyjne**

Czy Zamawiający oczekuje wielowarstwowej i samoprzylepnej maty o aktywnym działaniu antybakteryjnym i odkażającym, która zawiera środek biobójczy - chlorek didecyldimetyloamonu + bis3aminopropylododecylamina + niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy wspomagające działanie detergentów. Skutecznie zabezpiecza przed wprowadzaniem do pomieszczeń różnego rodzaju widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń, chroni przed bakteriami i pleśnią oraz hamuje rozwój drobnoustrojów, odporna na temperaturę i promienie UV. Posiada samoprzylepny podkład ściśle przylegający do powierzchni podłogi pewnie utrzymując matę w jednym miejscu. Kontrola stanu zużycia maty, dzięki 30 samoprzylepnym, ponumerowanym warstwom zbudowanym z polietylenu o niskiej gęstości, grubość 1 warstwy: 0,03mm, przyczepność 245 cN/25mm, grubość całej maty: 0,99mm. Wyrób medyczny klasy I, spełnia wymagania: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), EN ISO 13485:2016, ISO 22196:2011, ISO 845:2019, ASTM E 2180 ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający opisał w SWZ wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.**

**Uwaga!**

**Udzielone niniejszym pismem odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Na pozostałe zapytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie w terminie późniejszym**

**Z poważaniem,**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Urniaż*