

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawy Szwów chirurgicznych”
- znak sprawy: 18/PN/2023/ZS

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie numer 1

Dotyczy Pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 10 szew syntetyczny, z poli-p-dioksanonu, jednowłóknowy, wchłaniany, 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach po zaimplantowaniu, czas wchłaniania 180-220 dni.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 2

Dot. Załącznika nr 2, poz. 3-8

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, wchłaniany, z kopolimeru glikolidu i L-laktydu, powlekany (kopolimerem glikolidu i L-laktydu oraz stearynianem wapnia), Okres wchłaniania do 70 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 75%; po 21 dniach – 50%; po 28 dniach – 25%, bez dodatkowej substancji antybakteryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany szew tylko w pozycji nr. 3. W pozycjach 4-8 Zamawiający nie dopuszcza proponowanych szwów.

Pytanie numer 3

Dot. Załącznika nr 2

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 4

Dot. Załącznika nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm lub 45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rozmiary igieł.

Pytanie numer 5

Dot. Załącznika nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie numer 6

Dot. Załącznika nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, z polidioksanonu, jednowłóknowy, wchłaniający, zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: 75%, po 28 dniach: 65-70%, po 43 dniach: 55-60%, po 57 dniach 40% o okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 7

Dot. Załącznika nr 4, poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, polipropylenowy bez dodatku polietylenu, niewchłaniający?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie numer 8

Dot. Załącznika nr 4, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie numer 9

Dot. Załącznika nr 4, poz. 16

Czy Zamawiający wykreśli pozycję 16 z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie numer 10

Dot. Załącznika nr 4, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert z pominięciem pozycji 16?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie numer 11

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w § 3 ust. 9 projektu umowy jest zapis: "W razie stwierdzenia wady Przedmiotu Umowy w okresie jego ważności, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na wolny od wad **w terminie 5 dni roboczych** od daty otrzymania reklamacji".

Zapisy te dotyczą również terminu na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę zastosowanie mają zapisy § 3 ust. 10 i 11 projektu umowy.

Pytanie numer 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kar umownych:

- 1) w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- 2) w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający;
- 3) w wysokości 0,5% kwoty należnej za niedostarczoną część przedmiotu Umowy za każdą rozpoczętą dobę, w przypadku zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy względem terminu określonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10% kwoty należnej za niedostarczoną część przedmiotu Umowy;
- 4) w wysokości 0,5% kwoty należnej za wadliwą część przedmiotu Umowy, za każdą rozpoczętą dobę, w przypadku zwłoki w wymianie Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §3 ust. 8 i 9 Umowy, jednak nie więcej niż 10% kwoty należnej za wadliwą część przedmiotu Umowy;
- 5) w wysokości 1.000,00 zł z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 11 za każdy przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż § 5 ust. 1 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kar umownych:
 - 1) w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 2) w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający;
 - 3) w wysokości 0,5% kwoty należnej za niedostarczoną część przedmiotu Umowy za każdą rozpoczętą dobę, w przypadku zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy względem terminu określonego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy;
 - 4) w wysokości 0,5% kwoty należnej za wadliwą część przedmiotu Umowy, za każdą rozpoczętą dobę, w przypadku zwłoki w wymianie Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §3 ust. 8 i 9 Umowy;
 - 5) w wysokości 1 000,00 zł z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 11 za każdy przypadek.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.