

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **4 foteli rehabilitacyjnych** do pracy z komputerem w terminie do **55 dni** od daty podpisania umowy. Za termin realizacji umowy rozumie się termin podpisania protokołu jakościowego po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, złożeniu przez Oferenta i komisijnym sprawdzeniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

2. Wymagane cechy fotela rehabilitacyjnego:

- a. płynnie regulowana wysokość siedziska, podnośnik gazowy,
- b. wyprofilowane tapicerowane oparcie (wyklejone wylewaną w formie, profilowaną pianką, tapicerowane tkaniną, tył oparcia wykończony plastikiem) posiadające poprzeczny profil wypukły korygujący położenie odcinka lędźwiowego oraz pionowy profil wypukły podpierający piersiowy odcinek kręgosłupa, regulacja nachylenia oparcia,
- c. mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylenia oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylenia w zależności od ciężaru siedzącego, zmiana kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1,
- d. wyprofilowane tapicerowane siedzisko z otworami na guzy kulszowe oraz podłużny kanał wentylacyjny, regulowana głębokość siedziska,
- e. możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach,
- f. tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny
(PARAMETRY: materiał: 100% poliolefin, gramatura: nie mniej niż 220-225 g/m², odporność na ścieranie nie mniej niż : 50000 cykli, trudnopalność: EN 1021-1 lub EN 1021-2, lub równoważne, kolor: po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów, zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego).
- g. stabilna pięcioramienna podstawa – czarna z pięcioma kółkami oraz z kolumną pneumatyczną o różnym zakresie wysięgu,
- h. nierysujące kółka gumowane do powierzchni twardych,
- i. regulowany tapicerowany zagłówek z regulacją wysokości i kąta odchylenia,
- j. możliwość obrotu wokół osi pionowej 360,
- k. podłokietniki regulowane, z regulacją góra-dół
- l. okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

3. Wymiary fotela

1. 63 cm +/- 2 cm – wysokość oparcia
2. 43 cm +/- 2 cm – szerokość oparcia
3. 51 cm +/- 2 cm – szerokość siedziska
4. 45 cm +/- 2 cm – głębokość siedziska
5. przesuw siedziska max. 8 cm

4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium:

- | | | |
|-------------------|------|-----------------------|
| 1) cena | (c) | – waga kryterium 75 % |
| 2) gwarancja | (g) | – waga kryterium 10 % |
| 3) wyrób medyczny | (wm) | – waga kryterium 15 % |

5. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

5.1. Ocena punktowa zostanie obliczona, jako suma ocen częściowych, zgodnie ze wzorem:

$$(W) = (c) + (g) + (wm)$$

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów.

gdzie:

5.1.1. (c) oznacza cenę oferty wyliczoną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

$$(c) = \frac{\text{najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert dla zadania 1}}{\text{cena oferty badanej dla zadania 1}} \times 75 \text{ [pkt]}$$

W kryterium (C) oferta może otrzymać **max 75 pkt.**

5.1.2. (g) wyniesie 10 pkt - gdy Wykonawca zadeklaruje wydłużenie gwarancji fotela do 36 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego, (g) wyniesie 0 pkt - gdy fotel będzie objęty gwarancją 24 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego.

W kryterium (g) oferta może otrzymać **max 10 pkt.**

5.1.3. (wm) wyniesie 15 pkt - gdy zaproponowany fotel przez Wykonawcę jest **wyrobem medycznym.** (wm) wyniesie 0 pkt - gdy zaproponowany przez Wykonawcę fotel **nie jest wyrobem medycznym.** W kryterium (wm) oferta może otrzymać **max 15 pkt.**