



Grudziądz, dnia 30.12.2022 r.

ZP-2210/22

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/46/PN/22).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/46/PN/22)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### **Zapytanie nr 1**

*Czy Zamawiający w zadaniu 20 dopuści badania laboratoryjne na biokompatybilność dla produktów: Vasofix Safety PUR, Introcan Safety i Introcan Safety 3, potwierdzające, że wyniki tych badań spełniły ustanowione kryteria wyznaczonych przedklinicznych badań na ocenę bezpieczeństwa toksykologicznego oraz wymagania Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w badaniach przedklinicznych?*

*Produkty przeszły pozytywnie następujące badania:*

*Ostra niewydolność układowa, Cytotoksyczność, Hemoliza, Działanie drażniące/uczulanie, Mutagenność w testach Ames, Implantacja, Reaktywność śródskórna, Badanie sterylności*

#### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą badań klinicznych potwierdzających wpływ rodzaju materiału na zmniejszenie ryzyka powstawania zakrzepowego zapalenia żył – dotyczy zadania nr 20 pozycja 1 i 3.