



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCLAWIU
53-439 WROCLAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DN/902/2021*

Wrocław 19.07.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.38.2021. JK

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa urządzenia wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Po przekroczeniu jedynie terminu naprawy powyżej 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

[Signature]
p.o. Dyrektora Centrum
Lidia Malicka