



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 04.06-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-61/24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę sprzętu AGD i aparatury chłodniczej z podziałem na 10 zadań**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści witrynę o pojemności 386 l brutto / 350 l netto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści 7 półek o wymiarach 495x428 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści 6 półek o wymiarach 495x428 mm oraz jedną półkę o wymiarach 477x280 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści witrynę o mocy 220W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści 7 półek o wymiarach 490x480 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści 6 półek o wymiarach 490x480 mm i jedną półkę o wymiarach 490x250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści głębokość witryny o wymiarach 600x650x1790 mm oraz pojemności 394 litry brutto/390 litrów netto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Zadanie Nr 6. Czy Zamawiający dopuści głębokość witryny o wysokości 1980 mm, mocy 350 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Zadanie Nr 8. Czy Zamawiający dopuści lodówkę bez interfejsu RS485, ale z portem USB do przesyłu danych z rejestratora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Zadanie Nr 9. Czy Zamawiający dopuści pojemność 265l netto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Zadanie Nr 9. Czy Zamawiający dopuści czynnik R600a?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Zadanie Nr 9. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego na biało?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Zadanie Nr 9. Czy Zamawiający dopuści wymiary 600x560x1525 mm (SzxGxW)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15:

Pakiet 6, 8, 9, 10. Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
 - b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?
 - c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?
 - d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
 - e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?
- Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.


Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do dwóch lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59 i przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu, gdzie znajdują się windy łożkowe. Nie ma innych ograniczeń transportowych.

Pytanie 16:

Pakiet nr 6. Prosimy o zgodę na chłodziarkę o następujących parametrach:

- a. pojemność użytkową 395 litrów przy wymiarach zewnętrznych:
- b. (SxGxW) 650*673*1992 mm
- c. drzwi prawostronne
- d. Moc 252 W
- e. 6 półek (wymiary wnętrza SxG to 580*533mm)
- f. 1 półka w formie kosza (wymiary wnętrza SxG to 580*533mm)




Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Pakiet nr 6. Prosimy o zgodę na chłodziarkę o następujących parametrach:

- a. pojemność użytkową 315 litrów przy wymiarach zewnętrznych:
- b. (SxGxW) 650*673*1762 mm
- c. drzwi prawostronne
- d. Moc 245 W
- e. 4 półki (wymiary wnętrza SxG to 580*533mm)
- f. 1 półka w formie kosza (wymiary wnętrza SxG to 580*533mm)



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Pakiet nr 8. Prosimy o zgodę na zakres temperatury od +2 do +8 0C. Jest to wystarczający zakres do przechowywania leków i produktów medycznych.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że opisane przez Zamawiającego wymogi wykluczają się wzajemnie. Jeśli chłodziarka ma spełniać wymogi normy DIN 13277, to zgodnie z wymogami normy temperatura pracy wynosi od +2 do +8 0C.

Prosimy o zgodę na zakres temperatury od +2 do +8 0C.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19:

Pakiet nr 8. Prosimy o zgodę na wymiary zewnętrzne (S*G*W) 540*560*764 mm. Dopuszczalny zakres rozszerzenia jest niewielki i wynosi +/- 10mm. Proponowane przez nas wymiary średnio odbiegają od wymagań o 60mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Pakiet nr 9. Prosimy o zgodę na zakres temperatury od +2 do +8 0C. Jest to wystarczający zakres do przechowywania szczepionek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21:

Pakiet nr 9. Prosimy o zgodę na pojemność użytkową komory 315 litry i moc znamionową 245 W.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:

Pakiet nr 9. Prosimy o zgodę na ekologiczny czynnik chłodniczy - R290, drzwi bez samo domykania się.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23:

Pakiet nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem wykonanym z materiału HIPS? HIPS jest polistyrenem wysoko udarowym stosowanym w branży chłodniczej jako element wewnętrzny chłodziarek.

Do wyróżników polistyrenu wysokoudarowego zalicza się:

bezproblemową obróbkę termiczną i mechaniczną,

dobrą plastyczność,

dobre właściwości elektryczne,

wyjatkową odporność na uderzenia,

temperaturę pracy do 70°C,

niewrażliwość na czynniki chemiczne (w tym kwasy, alkohole, słabe i mocne zasady),

wytrzymałość na czynniki organiczne (jak np. benzynę czy keton).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Pakiet nr 9. Prosimy o zgodę na wymiary zew. (SxGxW) 650*673*1762 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Dotyczy załącznika 2/7a.

Dot. pkt 6 Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej określając maksymalny rozmiar mytych naczyń? Podejrzewamy, że wymaganie to winno brzmieć „ Maksymalny rozmiar mytego naczynia nie mniejszy niż 340mm”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26:

Dotyczy załącznika 2/7a.

Dot. Pkt 14: Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy PZP o uczciwej konkurencji dopuści do oceny urządzenie o nieznacznym innych wymiarach tj: 578x600x814 mm (sxxgxw). Oferowana zmywarka ma bardziej kompaktowe wymiary co gwarantuje brak ewentualnego problemu z ustawieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27:

Dotyczy załącznika 2/7a.

Dot. Pkt 16, 17, 18, 20. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia o znacznie niższych kosztach eksploatacji dzięki niższemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną przez wyposażenie: w grzałkę boileru o mocy 4960 W, grzałkę komory o mocy 2 kW, i mocy znamionowej 5,7kW.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28:

Dotyczy załącznika 2/7a.

Dot. Pkt 13. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia wyposażonego w opcję przedłużonego płukania w celu zapewnienia najwyższej jakości efektu finalnego (szczególnie istotne przy użyciu agresywnej chemii do mycia i dezynfekcji naczyń dla pacjentów) co nieznacznie podnosi zużycie wody do 3,2 l/cykl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29:

Dotyczy załącznika 2/7a.

Dot. Pkt 31 i 32. Czy Zamawiający:

a. oczekując wliczenia w cenę urządzenia przeglądów oraz napraw wraz częściami w okresie 36 miesięcy po upływie gwarancji wymaga również by w cenę urządzenia wliczone były koszty przeglądów i części w okresie gwarancyjnym?

b. Oczekując wliczenia wszelkich kosztów związanych z przeglądami i ewentualnymi naprawami wraz z kosztem części w okresie 3 lat po upływie gwarancji wymaga de facto wliczenia w cenę urządzenia gwarancji na 5 lat? Prosimy o wyraźne stwierdzenie, czy w zakres opisany w pkt. 32 Zamawiający wlicza wszelkie awarie, czy jedynie obsługę związaną z prawidłową eksploatacją czyli przeglądy i naprawy wchodzące w zakres przeglądów przewidzianych przez producenta.

c. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wkalkulowania usług serwisowych oraz części wynikających z winy użytkownika.

Odpowiedź:

Ad. a) Koszty przeglądów i napraw tylko w okresie gwarancyjnym.

Ad. b) Obsługa związana z prawidłową eksploatacją przewidziana przez producenta.

Ad. c) Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 30:

Dotyczy załącznika 2/7a.

Dot. Pkt 24 Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo zamawianego urządzenia (długość eksploatacji) oraz jakość wykonywanych cykli (mycie, wyparzenie, płukanie) wymaga czterostopniowego systemu filtrowania? Brak takiego systemu w praktyce przekłada się na znaczące zwiększenie częstotliwości awarii, które przez producentów urządzeń pozbawionych tego zabezpieczenia zwykle są klasyfikowane jako zaistniałe z winy użytkownika. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że czterostopniowy system filtracji jest standardowym wyposażeniem profesjonalnych zmywarek i nie zwiększa ceny urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 4-stopniowy system filtrowania w celu zmniejszenia częstotliwości awarii.

Pytanie 31:

Dotyczy Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury od + 3 do + 16 st. C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32:

Dotyczy Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu USB ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33:

Dotyczy Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz bez wskazania wilgotności ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34:

Dotyczy Zadanie 8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego termometru ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia zewnętrznego termometru.

Pytanie 35:

Dotyczy Zadanie 10. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półek dla części chłodniczej/mroźniczej wynoszące: 45 kg / 40 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołonego w Toruniu

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrych-Krajewska