

Konin, 07.10.2022r.

WSZ-EP-55/1501/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-55/2022).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w treści **Zestawień wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (Zał. nr 2.1 do 2.2 do SWZ WSZ-EP-55/2022).**

W załączniku nr 2.1 do SWZ zmieniono opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1:

• poz. 29**Było:**

29	Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie nie mniejszym niż + 85° /- 95° Podnóżki rozsuwane na boki.
----	---

Po poprawieniu:

29	Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie nie mniejszym niż + 80° /- 90° Podnóżki rozsuwane na boki.
----	---

• poz. 30**Było:**

30	Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie nie mniejszym niż +85°/- 65°
----	---

Po poprawieniu:

30	Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie nie mniejszym niż +80°/- 60°
----	---

Informacje uzupełniające

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.