

Nie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Postanowienie przewiduje konieczność wymiany podzespołów uszkodzonych w skutek albo naturalnego zużycia, albo naturalnej awarii aparatu (czyli z przyczyn tkwiących w szczególności w budowie czy funkcjonowaniu aparatu, a nie w okolicznościach zewnętrznych).

§2 ust. 1 Umowy – mając na uwadze art. 5a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. 2019.1792 ze zm.) – Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 1 w ten sposób, że otrzyma ona brzmienie:

„1. W ramach czynności, o których mowa w §1ust. 2 pkt 1, Wykonawca dostarcza nowe źródła promieniotwórcze Ir-192 do Aparatu oraz odbiera je po wyczerpaniu, a także zapewnia dalsze postępowanie z tym źródłem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis załącznika nr 3 do SIWZ - projektu umowy.

§2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

”W ramach czynności, o których mowa w §1ust. 2 pkt 1, Wykonawca dostarcza nowe źródła promieniotwórcze Ir-192 do Aparatu oraz odbiera je po wyczerpaniu, a także zapewnia dalsze postępowanie z tym źródłem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.”;

§2 ust. 3 (omyłkowo oznaczony jako ponowny ust. 2) ppkt 2) Umowy – Zamawiający proszony jest o uwzględnienie w treści przedmiotowego podpunktu, że załącznik nr 2 określa terminy 3 dostaw źródeł w roku 2021;

ODPOWIEDŹ:

Tak Zamawiający potwierdza, że załącznik nr 2 określa terminy 3 dostaw źródeł w roku 2021 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SIWZ - projekt umowy:

§2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

”3. Harmonogram wymian, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt1):

1) na rok 2021 określa załącznik nr 2 do umowy;

2) na kolejne lata obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi w grudniu roku poprzedzającego, po uzyskaniu od Producenta źródłowego harmonogramu pracy reaktora.”

W ramach czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), Wykonawca przeprowadzi, w okresie każdego kolejnego roku obowiązywania umowy, liczonego jako okres kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy, trzy planowane przeglądy, towarzyszące wymianie źródła, polegające na wykonaniu planowych procedur kontrolnych, konserwacji oraz testów funkcjonowania Aparatu, według specyfikacji Producenta.

§3 ust. 1 Umowy – Zamawiający proszony jest o sprostowanie, że chodzi o każdy rok obowiązywania Umowy a nie, jak omyłkowo określono w jej treści, o „rok kalendarzowy obowiązywania umowy” ponieważ rok kalendarzowy oznacza przedział czasu od 1 stycznia do 31 grudnia zaś rok obowiązywania umowy oznacza każde 365 dni od dnia zawarcia umowy;

ODPOWIEDŹ:

Tak Zamawiający potwierdza, że ma na myśli rok obowiązywania umowy.

§3 ust 1 Umowy - Producent aparatu do brachyterapii Gammamed zaleca wykonanie przeglądów technicznych podczas każdej wymiany źródła zatem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu:

W ramach czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), Wykonawca przeprowadzi, w okresie każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, trzy planowane przeglądy zapobiegawcze polegające na wykonaniu

planowych procedur kontrolnych, konserwacji oraz testów funkcjonowania Aparatu, według specyfikacji Producenta;

ODPOWIEDŹ:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na planowane trzy przeglądy zapobiegawcze.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje zapisy załącznika nr 3 - projektu umowy, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" W ramach czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), Wykonawca przeprowadzi, w okresie każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, trzy planowane przeglądy zapobiegawcze polegające na wykonaniu planowych procedur kontrolnych, konserwacji oraz testów funkcjonowania Aparatu, według specyfikacji Producenta;

§4 ust. 3 Umowy – wnosimy o wykreślenie z treści przywołanego postanowienia określenia „w trybie pilnym” z uwagi na jego zbędność, ponieważ w innych pkt. Umowy – jak w §6 ust.6 oraz w §7 ust. 5 – są dokładnie określone terminy realizacji poszczególnych usług;

ODPOWIEDŹ:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 4 ust. 3 treści " w trybie pilnym"

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 3 ustawy Pzp modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SIWZ - projektu umowy. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Części zamienne, o których mowa w ust. 1, wyspecyfikowane do wymiany przez Wykonawcę, a niedostępne w magazynie Wykonawcy, zostaną sprowadzone od Producenta. Do wypełnienia wszelkich formalności w tym zakresie zobowiązany jest Wykonawca.

§6 ust. 1 Umowy – Zamawiający proszony jest po treści w brzmieniu: „od poniedziałku do piątku” dodać treść w brzmieniu: „(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis § 6 ust. 1 . który otrzymuje brzmienie: " Obsługa w trybie zwykłym będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od..... do....., po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Aparatu do naprawy przez Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."

§6 ust 2 Umowy - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienia od przesyłania zgłoszeń awarii w formie faksu oraz wykorzystywanie formy poczty elektronicznej jako preferowaną formę zawiadamiania Wykonawcy;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§6 ust. 6 Umowy – Zamawiający proszony jest o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: „Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” oraz wykreślenie z treści omawianego postanowienia określenia „w trybie pilnym”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy § 6 ust 6 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: " Naprawy w trybie zwykłym wykonywane będą w trybie pilnym w okresie

20 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."

§7 ust. 3 Umowy – w celu usunięcia wątpliwości co do zasad świadczenia obsługi w trybie awaryjnym, Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 3 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„3. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpiło:

1) od godz. 8:00 do godz. 12 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca skontaktuje się telefonicznie na numer telefonu (...) z Zamawiającym w ciągu czterech godzin od dnia zgłoszenia,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy załącznika nr 3 do SIWZ.

2) po godzinie 12 od poniedziałku do piątku albo w sobotę i dniu ustawowo wolnym do pracy Wykonawca skontaktuje się telefonicznie na numer telefonu (...) z Zamawiającym do godz. 12 następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy §7 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

"2) po godzinie 12 od poniedziałku do piątku albo w sobotę i dniu ustawowo wolnym do pracy Wykonawca skontaktuje się telefonicznie na numer telefonu (...) z Zamawiającym do godz. 12 następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą."

§7 ust. 4 Umowy – Zamawiający proszony jest o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: *„Jeżeli koniec terminu upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa z końcem następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.”;*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp modyfikuje zapis §7 ust.4 nadając mu brzmienie: " Jeżeli koniec terminu upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa z końcem pierwszego następującego dnia roboczego."

§7 ust. 5 Umowy- Zamawiający proszony jest o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: *„Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”;*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SIWZ - projektu umowy w § 7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

" Naprawy w trybie awaryjnym wykonywane będą w trybie pilnym w okresie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”;

§8 Umowy– Zamawiający proszony jest o dodanie po pkt 2) pkt 3) w brzmieniu:

„3) które uległy awarii z przyczyn innych niż tkwiących w Aparacie.”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§11 ust. 1 Umowy - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na proponowaną;

Na czynności wykonane w ramach obsługi serwisowej z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, oraz na wymienione części zamienne (poza źródłami) Wykonawca udzieli gwarancji na okres 6 miesięcy od momentu instalacji w Aparacie, potwierdzonej raportem serwisowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§11 ust. 3 pkt 3 Umowy – z uwagi na wymóg przestrzegania przez Wykonawcę postanowień Zezwolenia nr 16736 z dnia 01 lutego 2016 r. Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki udzielonego Zamawiającemu, Zamawiający proszony jest o informację czy w/w zezwolenie jest aktualne i obowiązujące?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wskazuje, że posiada nowe zezwolenie wydane przez Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki z dnia 26.06.2020 r. o numerze D-21799.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp modyfikuje zapis § 11 ust. 3 pkt 3) Umowy, nadając mu brzmienie: " Zamawiający pogwałcił zasady bezpiecznego stosowania energii jonizującej przekraczając zasady lub nie wypełniając zaleceń zawartych w Zezwoleniu nr 21799 z dnia 26.06.2020 r. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, posiadany przez Zamawiającego.

§11 ust. 5 pkt 1 - 4 Umowy - Włączenie do umowy sprzętu, który stanowi przedmiot innego postępowania i nie jest objęty umową z Wykonawcą wymaga przeprowadzenia szeregu działań, których zakres nie jest przedmiotem postępowania, zatem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów na poniższe;

1) zlecenie Wykonawcy przez Zamawiającego płatnego przeglądu wstępnego, w wyniku przeglądu wstępnego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie technicznym włączanego urządzenia,

2) zamówienie przez Zamawiającego płatnych części zamiennych wg wyników przedstawionego raportu o stanie technicznym włączanego urządzenia (Oferta zostanie przygotowana przez Wykonawcę po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego do 5 dni od daty raportu)

3) dokonanie przez Wykonawcę uzgodnionej na podstawie przeglądu wstępnego wymiany zużytych części w połączeniu z wymaganymi regulacjami i przejęcie obsługi serwisowej włączanego urządzenia w ramach umowy po odpowiednim aneksowaniu postanowień umowy.

4) zgodność z prawem takiego włączenia, a w tym zgodności z Prawem zamówień publicznych;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis § 11 ust. 5 pkt 2) projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

"2. zamówienie przez Zamawiającego części zamiennych wg wyników przedstawionego raportu o stanie technicznym włączonego urządzenia (Oferta zostanie przygotowana przez Wykonawcę po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego do 5 dni od daty raportu). Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§12 ust.2 oraz ust. 3 Umowy – celu usunięcia wątpliwości co do okresów rozliczeniowych za które płatne będzie wynagrodzenie, Zamawiający proszony jest o zmianę treści ust. 2 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie:

„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie płacił Wykonawcy po upływie każdego 4 miesięcznego okresu rozliczeniowego. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.

3. Wysokość raty za każdy 4 miesięczny okres rozliczeniowy wynosi zł (słownie: [] netto).”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy § 12 ust. 2 i 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

"2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie płacił Wykonawcy po upływie każdego 4 miesięcznego okresu rozliczeniowego. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy.

3. Wysokość raty za każdy 4 miesięczny okres rozliczeniowy wynosi zł (słownie: [] netto.”;

§12 ust. 4 Umowy – Zamawiający proszony jest o dodanie na końcu zdania treści: „*według stawki podatku VAT z dnia wystawienia faktury VAT.*”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§12 ust. 5 w zw. z uwagą do §2 ust. 1 Umowy – Zamawiający proszony jest o zastąpienie treści w brzmieniu: „*użytych źródeł*” treścią w brzmieniu: „*odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.*”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis §12 ust.5, który otrzymuje brzmienie:

Cena, o której mowa w ust. 1 jest ceną ostateczną, z zastrzeżeniem ust. 5A i 10, na warunkach loco Zamawiający i obejmuje wszystkie koszty, w szczególności koszty transportu, cła, obsługi celnej i ubezpieczenia w transporcie oraz odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca nie ma prawa zwrotu kosztów lu wydatków wynikających z realizacji niniejszej umowy.

§ 12 ust 6 Umowy - Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu ust 6 na proponowany:

Faktury z tytułu rat wynagrodzenia wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia kwartału, w którym wykonano usługę.

ODPOWIEDŹ:

§12 ust. 7 Umowy – zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje doręczanie faktur w postaci elektronicznej na adres email wskazany w pkt I SIWZ tj. szpital@onkologia.bielsko.pl. Wówczas za dzień doręczenia faktury uważany będzie dzień wysłania wiadomości email z załączoną fakturą;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§13 ust. 5 Umowy – wnosimy o doprecyzowanie na końcu niniejszego postanowienia zastrzeżenia, że dochodzenie odszkodowania przez Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy suma naliczonych przez niego kar umownych będzie niższa od rzeczywiście poniesionej szkody, spowodowanej działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§16 ust. 3 Umowy – mając na uwadze panującą pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w tym w szczególności jej przebieg oraz 36 miesięczny okres, w którym ma być realizowane zamówienie, Zamawiający proszony jest o dodanie w ust. 3 po pkt 5) pkt 6) w brzmieniu:

„6) wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Kwestie odpowiedzialności za wykonanie umowy regulują przepisy ogólne prawa cywilnego. Zamawiający nie wyklucza dokonywania zmian umowy w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa związanych z COVID-19, a w tym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które znajdą zastosowanie niezależnie od brzmienia zapisów umowy.

§16 ust. 7 Umowy – mając na uwadze fakt, że umowa jest zawierana na okres 36 miesięcy a płatności wnoszone są przez Zamawiającego za 4 miesięczne okresy rozliczeniowy, Zamawiający proszony jest o przyjęcie zasady, że rata wynagrodzenia brutto obliczana będzie w ten sposób, że do kwoty raty netto wskazanej w §12 ust. 3 umowy doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, w przypadku przyjęcia tej propozycji oraz uwzględnienia zmiany zaproponowanej do §12 ust. 4, Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 7 w §16;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

§19 ust. 1 Umowy – aby uczynić zadość wymogom stawianym przez RODO wnosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem oraz wskazania kategorii tych danych, a także zbiorów, w których się znajdują;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dodaje na końcu § 19 ust. 1 Umowy następujące zdania: "Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem w zakresie następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne pacjentów korzystających z Aparatu (imię, nazwisko, PESEL), liczba frakcji dla danego pacjenta korzystającego z Aparatu, rozpoznanie medyczne dla danego pacjenta korzystającego z Aparatu.

§19 ust. 1 Umowy – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w przywołanym ustępie wskazany warunek dotyczy wyłącznie powierzonych danych osobowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, bowiem w ocenie Zamawiającego jest ono nieprecyzyjne. W § 19 ust.1 Umowy nie zamieszczono żadnego warunku, niemniej jednak należy wskazać, że postanowienie § 19 Umowy odnosi się do powierzonych danych osobowych.

III. załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA:

Rozdz. I pkt 1 pkt 3) w zw. z uwagami do §2 ust. 1 oraz §12 ust. 5 Umowy – Zamawiający proszony jest o zastąpienie treści pkt 3) treścią w brzmieniu:

„3) Odbiór źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienie dalszego postępowania z nim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór źródła następować powinien jednocześnie z instalacją nowego źródła.”;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, bowiem załącznik nr 1 do SIWZ (OFERTA) nie zawiera Rozdz. I pkt 1 pkt 3.

IV. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy:

uwaga jak do §1 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) Umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, bowiem żadne z pytań Oferenta nie odnosi się do § 1 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) Umowy, a jednocześnie nie oznaczono konkretnej jednostki reakcyjnej Załącznika nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy), co pozwoliłoby na przedstawienie wyjaśnień co do jej treści.

V. Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt II - Czas pracy serwisu (tabela)

Producent aparatu do brachyterapii Gammamed zaleca wykonanie przeglądów technicznych podczas każdej wymiany źródła zatem zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu:

Przeglądy na 36 miesięcy obowiązywania kontraktu - 9 x 8h;


ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ w pkt. II - Czas pracy serwisu (tabela) w kolumnie 2 - Przeglądy na 36 miesięcy obowiązywania kontraktu na 9 x 8 h oraz w kolumnie 3 - Konsultacje na 36 miesięcy obowiązywania kontraktu na 3 po 16 h.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


KIEROWNIK
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. Andrzej Wiórkowski