



Poznań, dnia 12.11.2024 r.

Oznaczenie sprawy: TP-93/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Część nr 3 - Mankiety neonatologiczne jednotubowe ze złączem typu motylek

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający oczekuje mankietów jednożyłowych czy dwużyłowych.

Odp: Zamawiający oczekuje mankietów jednożyłowych/jednotubowych .

Prosimy o dopuszczenie mankietów pakowanych pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk.

Odp: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, na ilość wymaganą przez zamawiającego.

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie obwodu 3-5,5cm, szerokość 2,6cm

Odp: Zgodnie z SWZ.

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie obwodu 6-11cm, szerokość 4,2cm

Odp: Zgodnie z SWZ.

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie obwodu 7-13cm, szerokość 5,2cm

Odp: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

