

Legionowo, dnia 9 sierpnia 2021 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe  
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11  
05-119 Legionowo**

ZPU.272.25.2021

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej LEGIONOWO Sp. z o.o.

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy: „Opis parametrów technicznych unitu stomatologicznego – Część nr 2”  
Czy w pkt.9 Tabeli nr 1 wartość obrotów mikrosilnika nie powinna wynosić 40.000 obr./min, a jeżeli wartość 50.000 obr./min jest poprawna to czy Zamawiający dopuści unit z rękawem z mikrosilnikiem 40.000 obr./min ze światłem LED i funkcją „chip blower” ?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza unit z rękawem z mikrosilnikiem 40.000 obr. /min ze światłem LED i funkcją „chip blower”.

#### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy: „Opis parametrów technicznych unitu stomatologicznego – Część nr 2”  
Czy w związku z tym, że unit będzie współpracować z mokrą pompą zasadne jest zamawianie w pkt. 15 i 27 separatorów wodno-powietrznych, których obecność jest zbędna i zwiększa wartość zamawianego urządzenia ?

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zaistniała omyłka pisarska, zamawiający przyznaje, iż zamawianie w pkt. 15 i 27 separatorów wodno-powietrznych nie jest zasadne.

Powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA  
Sylwester Sokolinski

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller flourish, positioned over the printed name.