



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 27.10.2022 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : dostawy materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych nr 14/2021.**

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści swz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

### 1.

#### PAKIET NR 8

1.Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego do skóry przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

#### PAKIET NR 15

2.Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet gazowych 20-nitkowych, 4-warstwowych, z tasiemką, 45cmx45cm, posiadających element radiacyjny w postaci niebieskiej taśmy radiacyjnej - chip pvc wszytego w zwinięty brzeg serwety (dł. ok. 10 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

### 2.

#### PAKIET NR 26

1.Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednoczęściowych worków do ileostomii różniących się nieznacznie pojemnością wynoszącą 510 ml zamiast 430 ml? – pozostałe parametry zgodne z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

### 3.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 6:

6.Za nieterminowa dostawę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**4.**

Pakiet 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 6 x 8 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku bez dodatkowej metki do oznaczania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku bez dodatkowej metki do oznaczania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 6cm x 7cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 7 cm x 8,8 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 22, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach:

Prześcieradło 210 x 150

Poszwa 200 x 150

Poszewka 80 x 75

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

**5.**

Pakiet 4, poz. 29

Czy zamawiający wydzieli poz.29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 29-30

Czy zamawiający wydzieli poz.29-30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 30

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 7, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 11, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 11, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wymiar kompresu 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 11, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wymiar kompresu 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 11, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 11, poz. 9

Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe sklasyfikowane w klasie I reg.4

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu sklasyfikowanego w klasie IIa reg. 7.

Pakiet 17, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

6.

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze części lepnej 35cm x35cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

7.

Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o wymiarach 8 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

8.

Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający ma na myśli folię zawierającą środek bakteriobójczy – jodynę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu zawierającego środek bakteriobójczy – jodynę.

Pakiet 1, pozycja 1-5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby folia posiadała system bezpiecznej aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 14x21cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'40szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 40x36cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 51x55cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'15szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 56x78cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 80x54cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 70x74cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z wkładem chłonnym w rozmiarze 9cm x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej z wkładem chłonnym w rozmiarze 10cm x 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej bez środka adhezyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 4-19

Czy Zamawiający dopuści setony w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 21



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm pakowany a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 22,26

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 23 i 27

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 24 i 28

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 4, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'500 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1,12-15

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil), 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości w stanie spoczynku 10m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 4-6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 3-9

Czy Zamawiający dopuści plastry pokryte klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści plastry pakowane a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 7, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach, wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielającą się tkanką martwiczą, opakowanie tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania.

Pakiet 10, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran, 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację, półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania.

Pakiet 10, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację, półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego z CMC w tzw. wersji cienkiej, do zaopatrywania ran suchych, jako opatrunek pierwotny do minimalizowania uszkodzeń skóry w wyniku tarcia.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1/4m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1/2m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1m<sup>2</sup>?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 11, pozycja 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'1szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 11, pozycja 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 11, pozycja 4, 5, 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby każdy kompres był pakowany indywidualnie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe 10x10cm z nacięciem Y pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Pakiet 11, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym a'25szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 11, pozycja 9

Czy Zamawiający ma na myśli kompresy 5x5cm w opakowaniu a'3sztuki?

Odpowiedź: Tak. – kompresy 5x5 cm w opakowaniu zawierającym 3 szt.

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści tampony pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

9.

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  $30\pm 5\mu$ , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności  $800 \pm 200\text{g/m}^2/24\text{h}$  posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Powierzchnia lepna 15x28cm powierzchnia całkowita 15x36,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  $30\pm 5\mu$ , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności  $800 \pm 200\text{g/m}^2/24\text{h}$  posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Powierzchnia lepna 15x28cm powierzchnia całkowita 15x36,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  $30\pm 5\mu$ , pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności  $800 \pm 200\text{g/m}^2/24\text{h}$  posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Powierzchnia lepna 30x28cm powierzchnia





SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

całkowita 28x38,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5μ, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m<sup>2</sup>/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Powierzchnia lepna 45x55cm powierzchnia całkowita 45x63,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5μ, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m<sup>2</sup>/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Powierzchnia lepna 56x80cm powierzchnia całkowita 56x88,5cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 5x5,7cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 6x7cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli w składzie: powłoczka na poduszkę 70x80, powłoczka na koc 160x240, prześcieradło 160x210.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli w składzie: powłoczka na poduszkę 80x80, powłoczka na koc 140x240, prześcieradło 140x210.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 24, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ręczników do rąk pakowany po 2 szt. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.


Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10,20x15,6cm. Pakowanego po 25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

## 10.

1.Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Odpowiedź: Warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta. Realizacja transportu zgodnie z zapisami SWZ - wzoru umowy.

2. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Realizacja transportu zgodnie z zapisami SWZ - wzoru umowy.

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Realizacja transportu Zgodnie z zapisami SWZ - wzoru umowy

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 8, pozycja: 1) krem ochronny, który zawiera inne substancje niż wymienione w SWZ, lecz pełniące te same funkcje, w opakowaniu 150ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Prezes Zarządu  
  
Henryk Szymczak