



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981

Wrocław, 03.01.2020r

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem systemu do rotablacji, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.91.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 3 - Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji: Zestaw do PTCA składający się z części: 1. Y connector - - adapter rotacyjny i podwójna zastawka hemostatyczna silikonowa, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, -możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, możliwość pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, - zintegrowany dren o dł.15 cm, - kranik, - średnica przejścia 9F (0,118") 2. Torquer - Łącznik dwuczęściowy do przewodników drutowych, do wszystkich przewodników drutowych o średnicach do 0,035", mechanizm nakręcany na przewodniku, powierzchnia ułatwiająca pewny uchwyt, obrót i manipulację przewodnikiem. 3. Igła tępa - Igła 20 G x 7,5 cm, metalowa i utworzenie osobnego zadania z osobną kwotą wadium w celu przedłożenia KONKURENCYJNEJ oferty cenowej ze środków publicznych; **WSZYSTKIE KLUCZOWE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ, przy czym igła tępa 11cm (wymagane 7,5cm).**

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4- Pytanie do Pakietu 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 w pozycji 1 elektrodę do czasowej stymulacji serca, cewnik wykonany z PEBAX (elastomer termoplastyczny stosowany w produktach medycznych, takich jak cewniki, ze względu na swoją elastyczność, dobre właściwości mechaniczne w niskich i wysokich temperaturach oraz miękkość); końcówka 2mm ze stali nierdzewnej; odległość między elektrodami 5mm; długość 90 cm dla cewnika 4F i długość 125 cm dla cewnika 5F i 6F spełniająca wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Pytanie nr 5 - do Pakietu 10 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 w pozycji 2 elektrodę dwubiegunową do czasowej stymulacji serca z balonem o średnicy 5F spełniająca wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

. Odpowiedź na pytanie nr 4 - 5: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z up. KOMENDANTA
4WSzKzP.SP.ZOZ Wrocław

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)