



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/14/2022

Przasnysz, dnia 07.03.2022 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zakup sterylizatora parowego przelotowego dla SPZZOZ w Przasnysz.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wydziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 L wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości $Ra \leq 0,6\mu m$ - prosimy o dopuszczenie urządzenia o chropowatości $Ra \leq 0,8\mu m$, co jest parametrem tylko nieznacznie wyższym od przewidzianego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenie do 20 mm zapobiegające wydostaniu się gorących kropli w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi - prosimy o dopuszczenie urządzenia o programie bezpieczeństwa, który eliminuje możliwość awaryjnego otwierania gdy wewnątrz znajdują się skropliny lub para wodna.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 3

Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm - prosimy o dopuszczenie urządzenia o grubości ścian 5 mm, co jest parametrem tylko nieznacznie wyższym od przewidzianego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Komora o wymiarach 660x660x950 mm +/-5% - prosimy o dopuszczenie urządzenia o głębokości komory 1000 mm, co stanowi różnicę jedynie 2,5 mm w stosunku do przewidzianego zakresu. Tak niewielka różnica nie ma żadnego wpływu na praktycznie użytkowanie sterylizatora.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Wymiary sterylizatora max. (Szer. x Wys. X Głęb.) 1170x1900x1225mm +/-5% - prosimy o dopuszczenie urządzenia o głębokości 1300 mm, co stanowi różnicę jedynie 13,75 mm w stosunku do przewidzianego zakresu. Tak niewielka różnica nie ma żadnego wpływu na praktycznie użytkowanie sterylizatora

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 36 kW +/- 5% oraz maksymalna moc sterylizatora do 39 kW- prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy maksymalnej oraz wytwornicy pary do 42 kW.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 7

System automatycznego odmulania wytwornicy pary - prosimy o dopuszczenie urządzenia z generatorem pary o ergonomicznym kształcie zapobiegającym powstawaniu zamulenia w wytwornicy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8

Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej poprzez wodowskaz umieszczony na panelu czołowym od strony załadowniczej - prosimy o dopuszczenie urządzenia o zautomatyzowanym, mikroprocesorowym systemie kontroli poziomu wody w wytwornicy pary.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 9

Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego oraz minimum 2 autoryzowane serwisy w promieniu do 150 km gwarantujące szybką reakcję do 24 h rozumianą jako fizyczną obecność przy urządzeniu w przypadku awarii - prosimy o dopuszczenie autoryzowanego serwisu z siedzibą w Zielonej Górze, o gwarantowanej reakcji do 24 h rozumianej jako fizyczną obecność przy urządzeniu w przypadku awarii.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10

Dotyczy parametru: Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm

Czy Zamawiający dopuszcza grubość ścianek komory do 8 mm? Według producenta ten parametr nie wpływa w znaczącym stopniu na energooszczędność oraz na znaczną zmianę wagi całego urządzenia. Ww. parametr sprawia natomiast, że ściany komory są solidne i wytrzymałe.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 11

Dotyczy parametru: Wymiary sterylizatora max. (Szer. x Wys. X Głęb.) 1170x1900x1225mm +/-5%

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary sterylizatora: 1370x1850x1280 mm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 12

Czy Zamawiający w przypadku spełnienia warunku wymiarów sterylizatora 1170x1900x1225mm +/-5% dopuszcza zmniejszenie wyświetlacza umieszczonego po prawej stronie komory do 5”?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13

Czy Zamawiający w przypadku spełnienia warunku wymiarów sterylizatora 1170x1900x1225mm +/-5% dopuszcza zmianę położenia wyświetlacza zamiast umieszczenia go po prawej stronie komory?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Z poważaniem:

DYREKTOR
SP. Z O.O. w Prusymyszu

Grzegorz Magnuszewski
dr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405