



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 36

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1736 / 3148 /2023

Data: 25.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §6 ust. 1 c) i e) do 0,5% wartości zamówienia, którego kara dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 2 – dotyczy części 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, maski krtaniowej wykonanej z medycznego PCV, mankiet dostosowany do anatomii pacjenta. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa przezroczysta, zagina się elastycznie. Do mankieta dołączony jest dren zintegrowany ze ścianą rurki, zmniejszone ryzyko uszkodzenia podczas używania. Na masce krtaniowej znajdują się wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki identyfikujące rozmiar maski, wagę pacjenta oraz pojemność wypełnienia mankieta. Maska posiada indykator położenia oraz oznakowanie rozmiaru na baloniku. W poniższych rozmiarach:

Maska krtaniowa nr 5	Przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 70 kg
Maska krtaniowa nr 4	Przeznaczona dla pacjentów o wadze 50-70 kg
Maska krtaniowa nr 3	Przeznaczona dla pacjentów o wadze 30-50 kg
Maska krtaniowa nr 2,5	Przeznaczona dla pacjentów o wadze 20-30 kg
Maska krtaniowa nr 2	Przeznaczona dla pacjentów o wadze 10-20 kg
Maska krtaniowa nr 1,5	Przeznaczona dla pacjentów o wadze 5-10 kg
Maska krtaniowa nr 1	Przeznaczona dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dotyczy części 36, Ad. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, sterylnego filtr elektrostatycznego, antybakteryjnego, antywirusowego z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiar 1,0 mikrona x 0,7 PROMED S.A. Kapitał zakładowy 960 000 PLN 02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56 Kapitał wpłacony 960 000 PLN NIP: 118-00-62-976 tel. 22 839 99 01, fax



22 839 64 57 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy e-mail: promed@promed.com.pl XIV Wydział Gospodarczy KRS <http://www.promed.com.pl> Numer KRS: 0000185723 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H₂O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H₂O, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 180 ml złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy części 36, Ad. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie, wymiennika ciepła i wilgoci przeznaczonego do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przezroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatraskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H₂O/L, zwrot wilgoci 26 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H₂O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 – dotyczy części 134

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie, maski przeznaczonej dla osób dorosłych z regulowaną zwężką Venturiego umożliwiającą podaż tlenu o koncentracji 26, 28, 31, 35, 40, 45 i 50%.. Maskę wykonaną z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, beciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). W zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezalamujący się) i długości 1,8m, końcówka standardowa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 – dotyczy części 154

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie, maski nadkrtaniowej dla dorosłych i dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5 : 90+kg, rozm. 4 : 50-90+kg, rozm. 3 : 30-60 kg, rozm. 2,5 : 25-30kg, rozm. 2 : 10- 25kg, rozm. 1,5 : 5-12kg, rozm. 1 : 2-5kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

