



„Pro-Medica” w Elk Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M / Z / 1184 / 2022

Data: 22.03.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartych na technologii noża ultradźwiękowego wraz z dzierżawą 2 generatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Elk Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 696 / 2022.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 1 narzędzia o długości ramienia 35 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 2 precyzyjnego narzędzia do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 9 cm. Bransze w kształcie Peana. Jedna bransza ruchoma. Uchwyt narzędzia nożycowy. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 3 ust. 17 pkt 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

4) odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii – do 48 h w dni robocze od zgłoszenia, czas usunięcia zgłaszanej awarii – do **5 dni roboczych**, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do **12 dni roboczych**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 22.03.2022r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 4 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 3 ust. 17 pkt 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

7) w przypadku powtarzającego się 3-krotnego wystąpienia usterki **gwarancyjnej** tego samego podzespołu urządzeń – Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych dzierżawionych urządzeń/**podzespołów** na nowe w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia trzeciej usterki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 22.03.2022r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.



PYTANIE nr 5 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 1 pkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, w wysokości **2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia** częściowego, z naruszeniem terminu wskazanego w § 3 ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 22.03.2022r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 6 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 1 pkt d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

d) **200,00 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 7.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji nr 1 z dnia 22.03.2022r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

