

Górno, dn. 31.03.2020 r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 31.03.2020 r. w przetargu nieograniczonym na:**

**Dostawę myjni endoskopowej, polisomnografu, aparatu RKZ oraz defibrylatorów
AED dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio w ramach inwestycji pn. „Przebudowa
pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnio z
wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów
medycznych”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Pytania do SIWZ - Część 1 – Myjnia endoskopowa

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 1, pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści myjnię ładowaną od góry?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 1, pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści myjnię zapewniającą mikrobiologiczne uzdatnianie wody poprzez system niesterylnych lecz podlegających autodezynfekcji filtrów (trzystopniowy filtr wstępny 0,5, 1 i 5 mikrometra oraz filtr końcowy 0,2 mikrometra)?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 1, pkt.12
Czy Zamawiający dopuści myjnię posiadającą obudowę wykonaną ze stali i tworzyw sztucznych?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy części nr 1, pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści myjnię zapewniającą automatyczne wydmuchiwanie po cyklu dekontaminacji?

Znak sprawy: ST/DZP/4/2020

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do min. 4 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 31.03.2020 r.

Pytanie nr 6

1. Dotyczy zapisów SIWZ, część 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu/asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

2. Dotyczy zapisów SIWZ, paragraf 6, ustęp 2, punkt 2), pozycja b) i c) oraz wzoru umowy – rozdział 3, paragraf 1, ustęp 2: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – paragraf 6, ustęp 2, punkt 2), pozycja b) i c)? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

3. Dotyczy załącznika do SIWZ (Formularz cenowy), część nr 1: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

4. Dotyczy rozdziału 1 paragraf 4 oraz formularz ofertowy, rozdział II, punkt 4: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (dotyczy części nr 1 - myjnia endoskopowa)?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 31.03.2020 r.

Pytanie nr 10

5. Dotyczy wzoru umowy, rozdział 3, paragraf 2, ustęp 1: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy (dot. części nr 1 - myjnia endoskopowa)?

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

6. Dotyczy wzoru umowy, rozdział 3, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 2: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary "za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy" do wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia"?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

7. Dotyczy wzoru umowy, rozdział 3, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy napraw, o których mowa w podpunkcie 3 były liczone w dniach roboczych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pytania do SIWZ - Część 2 – Polisomnograf

Czy dopuście Państwo do przetargu urządzenie wyposażone w przewodowy a nie w bezprzewodowy pulsoksymetr? Pulsoksymetr przewodowy również automatycznie łączy się z jednostką główną znajdującą się na pacjencie, ale do tego znacząco zmniejsza koszty związane z każdorazowym badaniem pacjenta, jest mniej narażony na uszkodzenia itp.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pytania do SIWZ - Część nr 4 – Defibrylator AED

Pytanie 1, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy półautomatyczny, przenośny, dwufazowy defibrylator zewnętrzny AED bez trybu manualnego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED z komendami głosowymi w języku polskim oraz wskazówkami wizualnymi umieszczonymi na defibrylatorze, które są wskazywane przy każdym etapie za pomocą wskaźnika LED?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED, w którym zastosowany algorytm analizy spełnia wszystkie wymagania AHA w zakresie zdolności wykrycia rytmu „do defibrylacji” oraz rozpoznania rytmu „nie do defibrylacji”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Znak sprawy: ST/DZP/4/2020

Pytanie 4, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED z zakresem dostarczanej energii 50 J – 200 J?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5, pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED z maksymalną energią defibrylacji 200J?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6, pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED ze zdefiniowanymi, programowalnymi przez użytkownika scenariuszami defibrylacji?

Dorośli: 150/150/200J, 150/200/200J, 200/200/200J

Dzieci: 50/75/85J, 70/70/85J, 70/85/85J, 85/85/85J

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7, pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED z automatyczną analizą EKG, gdzie akwizycja sygnału odbywa się przez elektrody defibrylacyjne?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8, pkt 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED gdzie stan niesprawności jest sygnalizowany przez widoczną diodę LED i sygnał dźwiękowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9, pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED z baterią o pojemności 3000 mAh, okresem przechowywania 5 lat, możliwością wykonania 100 wyładowań z maksymalną energią, monitorowaniem pacjenta przez max. 6 godzin i brakiem konieczności wymiany akumulatora po defibrylacji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator AED z możliwością przechowywania w temperaturze -20°C – +55°C oraz użytkowania w temperaturze 0°C – +40°C

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Znak sprawy: ST/DZP/4/2020

Pytanie 11

Dot. pkt. 9: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością przesyłania danych do komputera przy użyciu karty CF?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 31.03.2020 r.

Pytanie 12

Dot. pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, w którym długość oraz siła impulsu dopasowane są automatycznie do poszkodowanego na podstawie odczytu impedancji klatki piersiowej? Zakres wyboru energii: 140 J - 360 J.

Takie rozwiązanie sprawia, że energia jest idealnie dopasowana do potrzeb pacjenta.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 31.03.2020 r.

Pytanie 13

Dot. pkt. 16: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z dodatkowy ekranem podglądu stanu sprawności urządzenia oraz baterii, ale niewidocznym przy zamkniętej torbie?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Dot. pkt. 17: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z baterią nieładowalną LiMnO₂ o żywotności 6 lat, około 200 wyładowań z maksymalną mocą 360J?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 31.03.2020 r.

Pytanie 15

Dot. pkt. 25: Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Jaka będzie ilość uczestników szkolenia?

Odp. Zamawiającego:

Około 10 osób.