

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p style="text-align: center;">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji</p>	Nr sprawy: ZP/12/2023
--	--	--------------------------

Elbląg, dnia 23.03.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, Nr sprawy ZP/12/2023.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1- dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czyścik elektrod o wymiarach 50 mm x 50 mm x 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2- dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości.

Pytanie 3- dot. Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i na pewno potrzebuje pakiety z autoczynnikiem, czy tylko same testy do autoczynnika, który posiada na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmienił treść SWZ w zakresie Pakietu nr 9 poz. 2.

Zamawiający wymaga samych testów do autoczynnika 390G, który posiada na swoim wyposażeniu. Poprawione formularze asortymentowo-cenowe zostały zamieszczone dnia 22.03.2023 na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag .

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski