

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH
Nr sprawy: ZP-19-021UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet 2 poz. 1, 2, 3:

Nie znane jest nam istnienie na rynku oznaczników w rozmiarze 1, czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozmiarów odpowiednio dla poz. 1 - nr. 2, poz. 2 - nr. 3, poz. 3 - nr. 4. ?

Odp.: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet 2 poz. 1, 2, 3

W związku z brakiem określenia wymaganego koloru oznaczników czy należy zaoferować wszystkie 4 dostępne kolory - biały, żółty, niebieski, czerwony ?

Odp.: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet 2 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych, gotowych do użycia?

Odp.: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pyt. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 pakiet nr 4 protezy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie protez naczyniowych, Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane zmodyfikowaną żelatyną, antybakteryjne impregnowane jonami srebra grubość ściany 0,55mm. Średnica (mm) 6 długość 40cm; od 8 do 24 długość 30cm. Maksymalna utrat jonów srebra do 3% w skali roku, przepuszczalność dla płynów: 0,00% - proteza nieprzepuszczalna dla płynów, dwustronnie welurowana, doskonała kompatybilność, długoterminowe powstrzymywanie infekcji, redukująca proces adhezji bakterii, wspomaga proces gojenia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego...” na „od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2 oraz wykreśli ust. 6:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Załącznik:

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 2 Oznaczniki naczyniowe

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃIA – parametry wymagane	Zamawiana ilość szt.	Cena jednostkowa netto za szt.	Wartość Netto (kol. 3*4)	Stawka VAT %	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Oznaczniki naczyniowe poliestrowe, pakowane pojedynczo w saszetkach w rozm. 2,3,4 dostępne w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i niebieskim, wyrób jałowy, gotowy do użycia.									
a	rozm. 2	60								
b	rozm. 3	120								
c	rozm. 4	120								
	RAZEM									

.....
Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy