

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów szewnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.16.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:** Mając na uwadze, że produkty wskazane w Zadaniach nr 2 i 3 to zestawy przygotowywane na potrzeby klienta składające się z siatki przepuklinowej i systemu do zamykania ran, prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia w Zadaniach nr 2 i 3 jako próbki jedynie siatek będących składowymi zestawu. System do zamykania ran dostarczymy w ramach próbek do Zadania nr 6 (jest to ten sam produkt, co w zestawach w Zadaniach nr 2 i 3, tylko pakowany pojedynczo).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 2:** Zadanie 4, poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1, 2 i 3 siatek makroporowych wykonanych z PVDF (plifluorek winylidenu), który w porównaniu z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię), nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów, nie tworzy się blizna. (rozmiar porów około 2,1x2,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m<sup>2</sup>, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie bez rozróżniania na lewą i prawą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Rozmiary odpowiednio: 14 x 9 cm , 15x10 cm, 17x12 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 3:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: „W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części towarów,**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem