



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:  
**Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących” - WSZ-EP-1/2023**

Konin, 03.04.2023r

**WSZ-EP-1/345/2023**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących” - WSZ-EP-1/2023**

#### **Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania dotyczące Pakietu 2 - Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem - 5 szt.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat bez wbudowanego czujnika pomiaru wysokości ciśnienia otoczenia z możliwością pracy w szerokim zakresie ciśnień?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pytanie 2**

Zamawiający w punkcie 9 napisał „Zintegrowane mieszanie tlenu”, czy należy przez to rozumieć, że aparat ma mieć możliwość automatycznego ustawienia zadanego poziomu stężenia tlenu? Jeżeli tak to przepływomierz tlenu opisany w punkcie 31 jest zbędny.

Zamawiający dopuści aparat bez zewnętrznego przepływomierza tlenu z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO<sub>2</sub> w zakresie 21% - 100%.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 4 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 33,5 cm x 22,7 cm x 15,8 cm? Różnica w wymiarach jest niewielka.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.2 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści aparat mocowany za pomocą pokrętła do półki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści aparat z jednokierunkowym przepływem strumienia mieszaniny oddechowej z aparatu do komory nawilżacza (konstrukcja zaworu jednokierunkowego) co uniemożliwia powrót gazu do głównego urządzenia i czyni aparat wolnym od koniecznej dezynfekcji, wymagana tylko wymiana akcesoriów jednorazowych dla następnego pacjenta. Mieszanina oddechowa wychodzi z urządzenia tylko w kierunku pacjenta co nie powoduje skażenia samego aparatu. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla obsługi i pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.