

Pytania i odpowiedzi cz. 4

Pakiet 4: fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych – 8 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z leżem 3 segmentem o szerokości 570mm? Oferowane rozwiązanie przedstawia poniższa ikona:

Zamawiający wyraża zgodę



2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z elektryczną regulacją nachylenia segmentu siedziska w zakresie 0° do 12°?

Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 0° do 12°?

Zamawiający wyraża zgodę

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0° do 3°?

Zamawiający wyraża zgodę

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych bez regulacji pozycji anty-Trendelenburga?

Zamawiający nie wyraża zgody

6. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych z automatyczną regulacją pozycji Trendelenburga, w którym po naciśnięciu przycisku fotel sam wykonuje sekwencję ruchów segmentami leża do uzyskania pozycji Trendelenburga bez konieczności trzymania przycisku aktywującego?

Zamawiający wyraża zgodę

7. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych z automatyczną regulacją pozycji fotelewej, w którym po naciśnięciu przycisku fotel sam wykonuje sekwencję ruchów segmentami leżą do uzyskania pozycji fotelewej bez konieczności trzymania przycisku aktywującego?

Zamawiający wyraża zgodę

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych z segmentem siedziska o długości 495 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych z segmentem pleców o długości 770 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych z segmentem nóg o długości 625 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

11. W związku z faktem, iż Zamawiający nie określił szerokości całkowitej fotela, czy Zamawiający zechce doprecyzować i określić szerokość całkowitą fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wraz z podłokietnikami w postaci zapisu np.: „Szerokość całkowita fotela wraz z podłokietnikami (bez wyposażenia dodatkowego) max. 850 mm”?

Zamawiający wyraża zgodę

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażony w podłokietniki o wymiarach 500 x 140 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

13. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażonego w podłokietniki z regulacją wysokości?

Zamawiający wyraża zgodę

14. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażonego w podłokietniki z regulacją kąta nachylenia?

Zamawiający wyraża zgodę

15. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażonego w tapicerowane bezszwowe i profilowane w formie rynienki podłokietniki?

Zamawiający wyraża zgodę

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażony w podparcie stóp wykonane z płyty HPL?

Zamawiający wyraża zgodę

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażony w podparcie stóp z regulacją wysuwu w zakresie 165 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z segmentem: pleców, nóg i podparcia stóp osłonięte od tyłu płytami HPL bez konieczności stosowania dodatkowych osłon z tworzywa ABS?

Zgodnie z SWZ

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych bez dodatkowego wyposażenia w postaci regulowanego blatu do posiłków lub pisania?

Zamawiający wyraża zgodę

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 100 mm z centralną blokadą jazdy i obrotu?

Zamawiający wyraża zgodę

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o wadze własnej 70 kg?

Zamawiający wyraża zgodę

22. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażonego w regulowaną poduszkę lędźwiową zwiększającą komfort pacjenta wbudowaną w segment pleców?

Zamawiający wyraża zgodę

23. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela do podawania wlewów ambulatoryjnych wyposażonego w wieszak na torbę pacjenta zlokalizowany bezpośrednio pod podłokietnikiem fotela?

Zamawiający wyraża zgodę jako opcja dodatkowa.