

Dotyczy:

**Dostawa sprzętu i aparatury medycznej**

**Znak sprawy: 9/D/24**

**Defibrylator –Izba przyjęć 1 szt**

Jako wieloletni dostawca wysokiej jakości aparatury medycznej zwracam się z prośbą o dopuszczenie do powyższego postępowania urządzenia o poniższych parametrach.

**Opis parametru, funkcji**

Pkt. 1 Zamawiający oczekuje dostarczenia defibrylatora kompaktowego lub modułowego. Defibrylatory kompaktowe nie posiadają możliwości rozbudowy defibrylatora poprzez zastosowanie wymiennych modułów. Czy w związku z tym Zamawiający uznaje konfigurację fabryczną defibrylatora kompaktowego zgodną z wymaganiami. ?

**Odpowiedz pkt 1**

**Zamawiający uznaje taką konfigurację.**

**Defibrylacja**

Pkt. 7 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje łyżek twardych do defibrylacji dla pacjentów dorosłych i zewnętrznych nakładek pediatrycznych które w razie potrzeby wsuwa się na łyżki twarde dla dorosłych ?

**Odpowiedz pkt 7**

**Zamawiający oczekuje łyżki twarde do defibrylacji dla pacjentów dorosłych zewnętrznych i nakładki pediatryczne z łyżkami dla dorosłych**

**Inne**

Pkt. 2 Czy w związku z tym że Zamawiający oczekuje kompletu linii pomiarowych CO2 dla pacjentów zaintubowanych, to czy będzie także wymagał aby defibrylator był wyposażony w moduł pomiarowy CO2 ?

**Odpowiedz pkt 2**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby w przyszłości istniała możliwość rozbudowy urządzenia o modem pozwalający na transmisję badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce?

**Odpowiedz**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby defibrylator był wyposażony we wspomaganie RKO w postaci funkcji metronomu działającego w trybie manualnym i półautomatycznym pracującego w czterech trybach:

- pacjent dorosły zaintubowany
- pacjent dorosły niezaintubowany
- pacjent pediatryczny zaintubowany
- pacjent pediatryczny niezaintubowany

Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) ? Jest to bardzo pomocna funkcja dla skutecznego prowadzenia RKO.

**Odpowiedz**

**Zamawiający dopuszcza ale wymaga**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie posiadało funkcję wykrywania ruchu pacjenta podczas oceny jego stanu w trybie AED? Tryb AED jest wykorzystywany przez osoby nieposiadające wystarczającej biegłości w posługiwaniu się defibrylatorem manualnym. Opisana funkcjonalność zwiększa pewność poprawnego, bezpiecznego użycia defibrylatora przez osoby korzystające z opisanego trybu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga