

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Pakiet nr 5

Ad5. Czy zamawiający ma na myśli lampę wyposażoną w jedną czaszę świecącą czy we dwie czasze świecące?

Odp. Zamawiający wymaga lampy jednoczaszowej

Ad 7 Czy zamawiający dopuści Zakres ruchu wysięgników czaszy: - obrót o 3600 w osi głównej lampy (pionowa oś lampy), - obrót o 3600 w osi pośredniej (pionowa oś pomiędzy ramieniem poziomym, a ramieniem uchylnym) - obrót o 3600 w osi czaszy (pionowa oś pomiędzy ramieniem uchylnym, a przegubem czaszy) - regulacja góra/dół ramienia uchylnego: min (+450/ -600)

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Ad8. Czy zamawiający dopuści źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. Czasza zawierająca sumarycznie: 72 diody?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Ad 14. Czy zamawiający dopuści Czasza z oświetleniem endoskopowym koloru białego: o natężeniu sumarycznym max: 500 lux ?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów.

Ad 16. Czy zamawiający dopuści regulację średnicy pola operacyjnego w zakresie 180mm po przez zmianę ustawień w panelu sterującym (w 10 krokach) a nie za pośrednictwem obrotu uchwytu zmianę natężenia światła?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów.

Ad 28 Czy Zamawiający dopuści sumaryczny pobór mocy obu czasz: 182W?

Odp. Zamawiający wymaga poboru mocy nie więcej niż 75W

Ad 33. Czy zamawiający dopuści lampę o stopniu wodoodporności IP54?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów