

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o elektrycznej regulacji wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 530 do 970 mm? Oferowany parametr jest lepszy od opisanego przez Zamawiającego oferujemy szerszy zakres ruchu szczególnie w kontekście zakresu minimalnego który ma znaczenie m.in. dla osób z obniżoną sprawnością fizyczną.

Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o regulacji kąta oparcia pleców w zakresie od -15 do +75 ° ?

Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych składający się z 3 segmentów: segment oparcia pleców, segment siedziska oraz segment podudzia i dodatkowo z podnóżkiem?

Zamawiający wyraża zgodę

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych który posiada zagłówek regulowany w pionie za pomocą paska okalającego segment oparcia pleców?

Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o regulacji kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie 0-30° ?

Zamawiający wyraża zgodę

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych, który posiada siedzisko z elektryczną regulacją kąta nachylenia w zakresie 0- 15°?

Zamawiający wyraża zgodę

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych, o regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie 0-15°?

Zamawiający wyraża zgodę

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych, o regulacji pozycji elektrycznej anty-Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0 do 3°?

Zamawiający wyraża zgodę

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o całkowitej długości 2160 mm, szerokości siedziska 605 mm, długość siedziska 560 mm, długość oparcia pleców 920 mm, szerokość oparcia pleców 605 mm, długości segmentu nóg 680 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z podłokietnikami które posiadają 4 płaszczyzny poruszania: odchylanie do góry, regulacja wysokości, odchylanie na boki oraz poruszające się w płaszczyźnie horyzontalnej?

Zamawiający wyraża zgodę

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o wymiarach podłokietników długości 500 mm, szerokości 170 mm?

Zamawiający wyraża zgodę

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny o zakresie regulacji położenia oparcia stóp 0-160 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny oparty na jednej kolumnie obudowany aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6?

Zamawiający wyraża zgodę

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny który posiada koła z centralnym systemem hamowania o średnicy 100mm, podwójne tworzywowe w obudowie antystatycznej?

Zamawiający wyraża zgodę

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny, który posiada dopuszczalne obciążenie 180 kg lub 225 kg?

Zamawiający wyraża zgodę

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny o wadze własnej 126 kg?

Zamawiający nie wyraża zgody