

## Pytania i odpowiedzi cz. 5

Pakiet 4 – fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych – 8 szt

Prosimy o dopuszczenie w części 4, foteli do podawania wlewów ambulatoryjnych .  
O poniższych parametrach :

Pt 4. regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 550 do 700mm.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.7. Elektryczna regulacja segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego  
w zakresie: od 0 do 30°.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.15. Szerokość siedziska: 600mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.16. Długość siedziska: 530mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.17. Długość oparcia pleców (bez segmentu głowy): 650mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.18. Szerokość oparcia pleców: 600mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.19. Długość segmentu nóg: 440mm

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pt.20. Szerokość segmentu nóg: 600mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.21. Długość segmentu głowy: 270mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.26. Wymiary podłokietników:

- długość: 570mm

- szerokość: 150mm

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Pt.29. Segmenty nóg, pleców, oparcie stóp oraz podłokietniki bez osłony od tyłu obudowanej z tworzywa ABS  
ułatwiające utrzymanie standardu higienicznego

**Zgodne z SWZ**

Pt.31. Fotel oparty na jednej kolumnie wznoszącej osłoniętej obudową  
ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem proszkowym ułatwiającą utrzymanie standardu higienicznego.

**Zgodne z SWZ**

Pt.32. Wyposażony w koła jezdne o średnicy 75mm, z centralną blokadą jazdy i obrotu

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pt.34. Waga własna fotela: 65kg

**Zamawiający wyraża zgodę**