

## OŚWIADCZENIE

Stiegmeyer sp. z o.o. oświadcza, że oferowany w postępowaniu przetargowym sprzęt odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Katalog oraz zawarte w nim zdjęcia mają funkcje poglądową a przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem w SWZ (z uwzględnieniem udzielonych przez zamawiającego odpowiedzi).

Jednocześnie wskazujemy, że Łóżko szpitalne Evario one wyróżnia:

- Zasilanie 230V, 50Hz z sygnalizacją włączenia do sieci
- Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo
- Leże 4-segmentowe z czego 3 segmenty ruchome (tj. segment oparcia pleców, segment uda i segment podudzia) oraz segment siedziska stały
- Segment nożny dzielony, umożliwiający pozycjonowanie łydek względem ud pod różnym kątem
- Łóżko zgodne z normą bezpieczeństwa elektrycznego PN 62353
- Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania
- Możliwość elektrycznego sterowania łóżkiem przy transporcie pacjenta, tj. bez podłączenia łóżka do ładowania lub w przypadku zaniku zasilania. Możliwość podtrzymania pracy łóżka przez 30 minut
- Długość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami i odbojnikami – 2140 mm
- Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami i odbojnikami – 997 mm
- Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 380-820 mm
- Konstrukcja łóżka 4-kołowa
- Koła o średnicy 150 mm z możliwością centralnego blokowania. Blokada kół łatwo dostępna, w polu osiągalnym stopą
- Brak możliwości blokady jednej osi kół, przy pozostawieniu drugiej osi skrętnej (blokada centralna kół oraz blokada kierunkowa)

- Możliwość elektrycznej regulacji segmentu oparcia oraz segmentu nożnego
- Regulacja elektryczna segmentu oparcia w zakresie 0- 70°
- Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie 0- 32°
- Sterowanie łóżkiem przy pomocy zintegrowanego z barierkami panelu elektrycznego, zamontowanego w górnej barierce bocznej, od strony pacjenta oraz od strony personelu. Panel sterujący w barierce prawej oraz lewej
- Możliwość ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga 15,5° oraz -anty-Trendelenburga 15,5° (suma odchylenia 31 stopni). Funkcjonalność wywoływana elektrycznie z paneli w barierkach bocznych.
- Łóżko wyposażone w tworzywowe barierki boczne, tj. po dwie z lewej i prawej strony, od frontu i od szczytu łóżka „szczyty” łóżka (zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego)
- Barierki boczne chroniące pacjenta na całej długości leża, dwuczęściowe w proporcjach 50% / 50%
- Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania przed wyjęciem
- Barierki boczne ruchome, wyposażone w system odprowadzania barierki w momencie jej opuszczania (barierka samodomykająca, z ograniczeniem prędkości). Barierka chowająca się poniżej poziomu materaca, tak aby nie uciskała ud pacjentki w przypadku siedzenia
- Barierki boczne po złożeniu schodzą poniżej poziomu materaca, ale nie powoduje to zwężenia całego łóżka (barierki nie wystają poza obrys łóżka)
- Mechaniczna funkcja CPR
- Łóżko wyposażone w stojak na kroplówkę. Możliwość montażu wieszaka kroplówki w narożach łóżka od strony głowy jak i nóg pacjenta
- Łóżko wyposażone w haczyki na worki do moczu. Haczyki dostępne po obu stronach
- Funkcja poziomująca łóżko realizowana poprzez wciśnięcie dwóch przycisków
- Możliwość blokady wybranych funkcji elektrycznych dostępnych dla pacjenta, m.in. ograniczenie regulacji wysokości, regulacja segmentu oparcia/nożnego.
- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250 kg
- Łóżko wyposażone w odbojniki na każdym z czterech narożników. Odbojniki pełne, tworzywowe, stożkowe
- Wszystkie łóżka w jednakowym, jasnoszarym kolorze
- Łóżka z leżem metalowym (listwy metalowe na stałe) z dodatkowym wypełnieniem z polipropylenu, który można odejmować bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji elektrycznej do pozycji krzesła kardiologicznego

- Łóżko wyposażone w:

- Materac odporny na środki do mycia i dezynfekcji, w pełni zmywalny. Materac wodoodporny, odporny na mycie i dezynfekcję. Wyposażony w kaptur chroniący zamek. Materac w pokrowcu z materiału trudnopalnego (materiał przeszedł pozytywnie test „zapalki” i „tłącego się papierosa”)
- Materac w pełni kompatybilny z dostarczonym łóżkiem
- Materac wykonany z trzech warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza
- Grubość materaca 15 cm
- Pokrowiec materaca paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Kolor pokrowca - ciemnoszary