



Grudziądz, dnia 02.11.2022 r.

ZP-1644/22

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/46/PN/22).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/46/PN/22)*, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1 zadanie nr 13

Wykonawca w celu wyjaśnienia wskazuje parametry budzące wątpliwości (użyty opis jest charakterystyczny dla 1-go wykonawcy, co jest sprzeczne z ustawą PZP), proponujemy : Wydzielenie do oddzielnego pakietu igieł do portów z pozycji 1 i 2, możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie 13, lub całkowite usunięcie z pakietu 13 pozycji 3 i 4 – dren poliuretanowy- tak sporządzony opis będzie przejrzysty i nie wzbudzi podejrzliwości.

Art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE, który nakazuje, aby łącznym szacowaniem wartości dostaw obejmować nie tylko takie same dostawy, ale także dostawy podobne. W świetle motywu 19 dyrektywy 2014/24/UE przez pojęcie podobnych dostaw do celów szacowania należy rozumieć produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu. Zdaniem wykonawcy produkty w pakiecie nr 13 są różnej funkcjonalności i przeznaczeniu, oraz innym kodzie CPV. Zamawiający umieścił w jednym pakiecie: igły do portów CPV 33141220-8, oraz Poliuretanowy dren CPV: 33140000-3, co jest sprzeczne z wyżej wymienionym zapisem, uniemożliwia składanie ofert większej ilości wykonawcom.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 13 w dniu 24.10.2022 r., w związku z powyższym przedmiotowe zapytanie staje się bezprzedmiotowe.

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 2 zadanie nr 13

W przypadku gdy Zamawiający przychylił się do umożliwienia składania ofert bez pozycji 3 i 4, prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 igieł o tej samej lub lepszej funkcjonalności, lecz niewielkich różnicach technicznych:

Pismo sporządziła: Alina Pieniak, tel. 56 641 34 65



Igła Hubera (kompatybilna z portem naczyniowym), zagięta pod kątem 90 stopni, z drenem o długości 20cm, z zaciskiem i złączem luer lock, z osłoną zabezpieczającą przed samozakłuciem, z miękką, nienasiąkliwą podkładką od strony skóry pacjenta, zapewniającą komfort użytkowania, z karbowanymi odpinanymi skrzydełkami. Igła przeznaczona wlewów, do podawania kontrastu, możliwość użycia w środowisku CT, do wstrzyknięć ciśnieniowych do 325PSI, nie zawiera lateksu i DEHP. Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach 15mm, 20mm, 25mm

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 13 w dniu 24.10.2022 r., w związku z powyższym przedmiotowe zapytanie staje się bezprzedmiotowe.

Zapytanie nr 3

Pytanie nr 3 zadanie nr 13 W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie. W oparciu o przepis art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp składamy wniosek o wyjaśnienie w którym kwestionujemy prawidłowość i zasadność opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zasady efektywności i konkurencyjności. Zamawiający konkretyzując ofertę nie zachowuje tym samym jednakowych warunków zamówienia dla wszystkich przedsiębiorców starających się o pozyskanie zamówienia publicznego. Dlatego w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „równoważność” produktu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania nr 13 w dniu 24.10.2022 r., w związku z powyższym przedmiotowe zapytanie staje się bezprzedmiotowe.