



Wrocław, dnia 09.09.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-242/FZ-041/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Wózków różnych

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w barierki boczne wykonane z aluminium, składane wzdłuż leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych którego leże wypełnione

jest stalową siatką, lakierowaną proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez uchwytu na prześcieradło?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość całkowita: 2100mm,
- szerokość całkowita: 690mm,
- wysokość regulowana hydraulicznie w zakresie: 460-850mm,

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-45°, za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o poniższych parametrach:

Wyposażenie standardowe:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

- podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
- wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną standard line (kolory 1-25)
- podglówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej
- regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga)
- opuszczane bariery boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej
- płyta HPL przezierna dla promieni RTG
- 4 krążki odbojowe w ramie wózka
- hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych
- system kół jezdnych z hamulcem
- uchwyty mocujące złożoną kroplówkę
- gniazdo do zamontowania kroplówki po jednej stronie wózka

- Długość: 211,5 cm
- Szerokość: 88 cm
- Wysokość: 57 - 99 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 76 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
- Wymiary leża: 130x63 cm
- Wymiary podglówka: 63x63 cm
- Kąt nachylenia podglówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)
- Średnica kół: 12,5 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAOPATRZENIA
Romana Komora

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 893 164 5574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

SPECJALISTA
ds. zaopatrzenia
mgr Karolina Romanowska



**DOLNY
ŚLĄSK**